

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 1 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
Item	Modelo	Número de Série	Selo	Data	Equipamento	Q3/Qn	Q2/Qt	Q1/Qmin
1	US-1.5	Y25SG2211389	DAD5314159	11/04/2025	BEE-04	0,11	-0,74	2,33
2	US-1.5	Y25SG2211390	DAD5314810	11/04/2025	BEE-04	1,57	0,90	3,22
3	US-1.5	Y25SG2211391	DAD5314408	11/04/2025	BEE-04	0,27	-0,15	2,42
4	US-1.5	Y25SG2211392	DAD5314100	11/04/2025	BEE-04	1,32	-0,15	2,42
5	US-1.5	Y25SG2211393	DAD5314275	11/04/2025	BEE-04	1,04	-0,15	1,56
6	US-1.5	Y25SG2211394	DAD5314949	11/04/2025	BEE-04	0,89	-0,66	0,70
7	US-1.5	Y25SG2211395	DAD5314070	11/04/2025	BEE-04	0,37	-0,05	3,28
8	US-1.5	Y25SG2211396	DAD5314937	11/04/2025	BEE-04	0,85	-0,74	1,52
9	US-1.5	Y25SG2211397	DAD5314342	11/04/2025	BEE-04	0,24	-0,23	2,41
10	US-1.5	Y25SG2211398	DAD5314238	11/04/2025	BEE-04	0,17	-0,49	2,40
11	US-1.5	Y25SG2211399	DAD5314123	11/04/2025	BEE-04	0,47	0,47	1,54
12	US-1.5	Y25SG2211400	DAD5314378	11/04/2025	BEE-04	-0,46	-0,17	-0,17
13	US-1.5	Y25SG2211401	DAD5314482	11/04/2025	BEE-04	-0,86	0,14	1,65
14	US-1.5	Y25SG2211402	DAD5314317	11/04/2025	BEE-04	-0,70	-0,18	2,57
15	US-1.5	Y25SG2211403	DAD5314111	11/04/2025	BEE-04	0,68	0,79	3,50
16	US-1.5	Y25SG2211404	DAD5314299	11/04/2025	BEE-04	-0,55	-1,15	1,72
17	US-1.5	Y25SG2211405	DAD5314550	11/04/2025	BEE-04	0,36	0,53	3,46
18	US-1.5	Y25SG2211406	DAD5314457	11/04/2025	BEE-04	-0,28	-0,77	0,77
19	US-1.5	Y25SG2211407	DAD5314597	11/04/2025	BEE-04	-1,24	-1,44	0,17
20	US-1.5	Y25SG2211408	DAD5314548	11/04/2025	BEE-04	0,34	0,16	2,76
21	US-1.5	Y25SG2211409	DAD5314160	11/04/2025	BEE-04	0,38	-0,80	2,71
22	US-1.5	Y25SG2211410	DAD5314093	11/04/2025	BEE-04	-0,29	1,12	3,54
23	US-1.5	Y25SG2211411	DAD5314020	11/04/2025	BEE-04	0,31	0,48	1,82
24	US-1.5	Y25SG2211412	DAD5314044	11/04/2025	BEE-04	-0,17	-1,45	0,08
25	US-1.5	Y25SG2211413	DAD5314068	11/04/2025	BEE-04	-0,14	-1,12	1,81
26	US-1.5	Y25SG2211414	DAD5314433	11/04/2025	BEE-04	0,24	-1,45	0,08
27	US-1.5	Y25SG2211415	DAD5314913	11/04/2025	BEE-04	0,95	0,78	3,56
28	US-1.5	Y25SG2211416	DAD5314731	11/04/2025	BEE-04	0,57	-0,64	2,69
29	US-1.5	Y25SG2211417	DAD5314834	11/04/2025	BEE-04	0,07	-0,27	2,66
30	US-1.5	Y25SG2211418	DAD5314135	11/04/2025	BEE-04	0,49	0,76	2,68
31	US-1.5	Y25SG2211419	DAD5314690	11/04/2025	BEE-04	0,39	1,37	1,82
32	US-1.5	Y25SG2211420	DAD5314640	11/04/2025	BEE-04	-0,07	-0,33	1,88
33	US-1.5	Y25SG2211421	DAD5314718	11/04/2025	BEE-04	0,25	-0,73	1,02
34	US-1.5	Y25SG2211422	DAD5314928	11/04/2025	BEE-04	0,15	-1,10	0,95
35	US-1.5	Y25SG2211423	DAD5314585	11/04/2025	BEE-04	0,76	0,24	1,85
36	US-1.5	Y25SG2211424	DAD5314524	11/04/2025	BEE-04	0,96	0,60	0,97
37	US-1.5	Y25SG2211425	DAD5314196	11/04/2025	BEE-04	0,63	-0,24	1,01
38	US-1.5	Y25SG2211426	DAD5314603	11/04/2025	BEE-04	0,67	0,42	1,90
39	US-1.5	Y25SG2211427	DAD5314240	11/04/2025	BEE-04	-0,72	-0,82	-0,48
40	US-1.5	Y25SG2211428	DAD5314627	11/04/2025	BEE-04	-0,33	-0,48	0,44
41	US-1.5	Y25SG2211429	DAD5314950	11/04/2025	BEE-04	0,21	0,09	3,11
42	US-1.5	Y25SG2211430	DAD5314615	11/04/2025	BEE-04	0,11	0,71	1,31
43	US-1.5	Y25SG2211431	DAD5314858	11/04/2025	BEE-04	-0,29	-1,67	-0,48
44	US-1.5	Y25SG2211432	DAD5314986	11/04/2025	BEE-04	1,08	0,61	2,23
45	US-1.5	Y25SG2211433	DAD5314962	11/04/2025	BEE-04	0,18	-0,33	1,36
46	US-1.5	Y25SG2211434	DAD5314779	11/04/2025	BEE-04	0,62	1,03	1,36
47	US-1.5	Y25SG2211435	DAD5314470	11/04/2025	BEE-04	-0,72	-0,60	0,48
48	US-1.5	Y25SG2211436	DAD5316193	11/04/2025	BEE-04	0,42	0,77	3,15
49	US-1.5	Y25SG2211437	DAD5314421	11/04/2025	BEE-04	0,97	1,47	4,03
50	US-1.5	Y25SG2211438	DAD5314860	11/04/2025	BEE-04	-0,20	1,18	3,11
51	US-1.5	Y25SG2211439	DAD5316879	11/04/2025	BEE-04	1,23	-0,44	2,53
52	US-1.5	Y25SG2211440	DAD5316922	11/04/2025	BEE-04	0,52	-0,10	1,63
53	US-1.5	Y25SG2211441	DAD5316594	11/04/2025	BEE-04	0,91	-0,14	2,39
54	US-1.5	Y25SG2211442	DAD5316788	11/04/2025	BEE-04	1,42	0,02	2,39
55	US-1.5	Y25SG2211443	DAD5316612	11/04/2025	BEE-04	-0,45	0,72	0,63
56	US-1.5	Y25SG2211444	DAD5316971	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,37	3,24

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 2 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
57	US-1.5	Y25SG2211445	DAD5314895	11/04/2025	BEE-04	0,49	-0,26	0,63
58	US-1.5	Y25SG2211446	DAD5316065	11/04/2025	BEE-04	0,37	-0,56	-4,01
59	US-1.5	Y25SG2211447	DAD5316120	11/04/2025	BEE-04	0,20	0,21	2,66
60	US-1.5	Y25SG2211448	DAD5316375	11/04/2025	BEE-04	1,24	0,54	1,81
61	US-1.5	Y25SG2211449	DAD5314792	11/04/2025	BEE-04	0,87	1,21	1,84
62	US-1.5	Y25SG2211450	DAD5337627	11/04/2025	BEE-04	-0,35	-0,12	1,85
63	US-1.5	Y25SG2211451	DAD4805214	11/04/2025	BEE-04	0,72	1,28	2,76
64	US-1.5	Y25SG2211452	DAD4805354	11/04/2025	BEE-04	0,50	1,06	2,77
65	US-1.5	Y25SG2211453	DAD4805044	11/04/2025	BEE-04	0,53	1,52	3,97
66	US-1.5	Y25SG2211454	DAD4805615	11/04/2025	BEE-04	0,53	1,16	3,64
67	US-1.5	Y25SG2211455	DAD4805494	11/04/2025	BEE-04	1,04	0,20	1,90
68	US-1.5	Y25SG2211456	DAD4805391	11/04/2025	BEE-04	0,94	-1,15	1,64
69	US-1.5	Y25SG2211457	DAD4805081	11/04/2025	BEE-04	0,38	0,23	-0,14
70	US-1.5	Y25SG2211458	DAD4805147	11/04/2025	BEE-04	0,46	-1,40	0,68
71	US-1.5	Y25SG2211459	DAD4805238	11/04/2025	BEE-04	-0,05	-0,73	2,34
72	US-1.5	Y25SG2211460	DAD4805184	11/04/2025	BEE-04	0,17	-0,07	2,34
73	US-1.5	Y25SG2211461	DAD4805860	11/04/2025	BEE-04	0,47	0,60	4,02
74	US-1.5	Y25SG2211462	DAD4805093	11/04/2025	BEE-04	-0,15	0,60	3,12
75	US-1.5	Y25SG2211463	DAD4805251	11/04/2025	BEE-04	-0,78	-0,05	1,40
76	US-1.5	Y25SG2211464	DAD4805056	11/04/2025	BEE-04	0,04	-0,07	2,25
77	US-1.5	Y25SG2211465	DAD4805172	11/04/2025	BEE-04	-0,49	-1,72	1,40
78	US-1.5	Y25SG2211466	DAD4805755	11/04/2025	BEE-04	0,21	0,59	1,40
79	US-1.5	Y25SG2211467	DAD4805743	11/04/2025	BEE-04	0,83	1,57	2,06
80	US-1.5	Y25SG2211468	DAD4805949	11/04/2025	BEE-04	0,40	0,65	2,11
81	US-1.5	Y25SG2211469	DAD4805135	11/04/2025	BEE-04	0,70	-0,25	-1,34
82	US-1.5	Y25SG2211470	DAD4805070	11/04/2025	BEE-04	0,38	0,37	0,44
83	US-1.5	Y25SG2211471	DAD4805925	11/04/2025	BEE-04	-0,20	0,13	-3,88
84	US-1.5	Y25SG2211472	DAD4805883	11/04/2025	BEE-04	0,59	0,51	-1,24
85	US-1.5	Y25SG2211473	DAD4805445	11/04/2025	BEE-04	0,84	0,20	-2,09
86	US-1.5	Y25SG2211474	DAD4805913	11/04/2025	BEE-04	-0,55	-0,42	-2,07
87	US-1.5	Y25SG2211475	DAD4805962	11/04/2025	BEE-04	0,67	-0,19	-2,93
88	US-1.5	Y25SG2211476	DAD4805068	11/04/2025	BEE-04	0,70	-0,19	-2,04
89	US-1.5	Y25SG2211477	DAD4805408	11/04/2025	BEE-04	-0,91	-0,50	-2,03
90	US-1.5	Y25SG2211478	DAD4805329	11/04/2025	BEE-04	-0,29	-1,11	2,70
91	US-1.5	Y25SG2211479	DAD4805779	11/04/2025	BEE-04	0,62	0,84	2,75
92	US-1.5	Y25SG2211480	DAD4805032	11/04/2025	BEE-04	0,92	0,84	-3,32
93	US-1.5	Y25SG2211481	DAD4805901	11/04/2025	BEE-04	0,01	-0,76	-0,68
94	US-1.5	Y25SG2211482	DAD4805263	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,67	3,68
95	US-1.5	Y25SG2211483	DAD4805111	11/04/2025	BEE-04	-0,21	-0,28	1,07
96	US-1.5	Y25SG2211484	DAD4805627	11/04/2025	BEE-04	0,33	1,26	2,79
97	US-1.5	Y25SG2211485	DAD4805469	11/04/2025	BEE-04	-0,15	-0,94	1,87
98	US-1.5	Y25SG2211486	DAD4805895	11/04/2025	BEE-04	-1,32	-0,21	-1,64
99	US-1.5	Y25SG2211487	DAD4805718	11/04/2025	BEE-04	0,16	0,13	2,67
100	US-1.5	Y25SG2211488	DAD4805731	11/04/2025	BEE-04	-0,48	-0,43	1,77
101	US-1.5	Y25SG2211489	DAD4805380	11/04/2025	BEE-04	-0,52	-0,72	1,80
102	US-1.5	Y25SG2211490	DAD4805019	11/04/2025	BEE-04	-0,70	-0,36	0,93
103	US-1.5	Y25SG2211491	DAD4805688	11/04/2025	BEE-04	-0,99	-1,68	0,06
104	US-1.5	Y25SG2211492	DAD4805706	11/04/2025	BEE-04	-0,18	-0,70	0,94
105	US-1.5	Y25SG2211493	DAD4805809	11/04/2025	BEE-04	-0,36	-0,56	-0,81
106	US-1.5	Y25SG2211494	DAD4805305	11/04/2025	BEE-04	0,06	-0,75	0,07
107	US-1.5	Y25SG2211495	DAD4805020	11/04/2025	BEE-04	-0,70	-0,93	1,81
108	US-1.5	Y25SG2211496	DAD4805330	11/04/2025	BEE-04	-0,79	-1,22	1,80
109	US-1.5	Y25SG2211497	DAD4805834	11/04/2025	BEE-04	0,56	-0,30	2,31
110	US-1.5	Y25SG2211498	DAD5314147	11/04/2025	BEE-04	-0,66	-1,33	-0,30
111	US-1.5	Y25SG2211499	DAD4805536	11/04/2025	BEE-04	0,65	-0,50	2,35
112	US-1.5	Y25SG2211500	DAD5341850	11/04/2025	BEE-04	0,09	-0,77	1,48
113	US-1.5	Y25SG2211501	DAD5314536	11/04/2025	BEE-04	0,95	0,54	1,53
114	US-1.5	Y25SG2211502	DAD5314561	11/04/2025	BEE-04	0,31	0,08	0,76

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 3 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
115	US-1.5	Y25SG2211503	DAD5314767	11/04/2025	BEE-04	1,25	0,77	3,41
116	US-1.5	Y25SG2211504	DAD5314445	11/04/2025	BEE-04	0,89	-0,18	2,49
117	US-1.5	Y25SG2211505	DAD5316521	11/04/2025	BEE-04	-0,06	-0,50	1,55
118	US-1.5	Y25SG2211506	DAD4805470	11/04/2025	BEE-04	1,01	0,34	2,25
119	US-1.5	Y25SG2211507	DAD4805676	11/04/2025	BEE-04	-1,30	-1,32	-0,30
120	US-1.5	Y25SG2211508	DAD4805123	11/04/2025	BEE-04	-0,57	-1,32	1,43
121	US-1.5	Y25SG2211509	DAD4805226	11/04/2025	BEE-04	-0,18	0,08	0,55
122	US-1.5	Y25SG2211510	DAD4805998	11/04/2025	BEE-04	-0,20	-0,54	1,43
123	US-1.5	Y25SG2211511	DAD4805690	11/04/2025	BEE-04	0,02	-1,49	1,51
124	US-1.5	Y25SG2211512	DAD4805950	11/04/2025	BEE-04	0,38	0,56	3,26
125	US-1.5	Y25SG2211513	DAD5314998	11/04/2025	BEE-04	-1,02	-1,39	1,51
126	US-1.5	Y25SG2211514	DAD5314883	11/04/2025	BEE-04	-0,81	-0,75	0,63
127	US-1.5	Y25SG2211515	DAD4805780	11/04/2025	BEE-04	-0,49	-1,09	2,38
128	US-1.5	Y25SG2211516	DAD4805500	11/04/2025	BEE-04	-0,83	-0,43	1,49
129	US-1.5	Y25SG2211517	DAD5314925	11/04/2025	BEE-04	0,94	-0,42	1,79
130	US-1.5	Y25SG2211518	DAD4805275	11/04/2025	BEE-04	0,13	-0,43	0,02
131	US-1.5	Y25SG2211519	DAD4805822	11/04/2025	BEE-04	0,77	0,49	1,79
132	US-1.5	Y25SG2211520	DAD4805974	11/04/2025	BEE-04	-0,93	-0,51	1,79
133	US-1.5	Y25SG2211521	DAD4805421	11/04/2025	BEE-04	0,11	0,47	1,79
134	US-1.5	Y25SG2211522	DAD5314391	11/04/2025	BEE-04	-0,87	-1,49	0,01
135	US-1.5	Y25SG2211523	DAD5341023	11/04/2025	BEE-04	0,09	-0,84	0,90
136	US-1.5	Y25SG2211524	DAD4805317	11/04/2025	BEE-04	-0,16	-0,19	1,79
137	US-1.5	Y25SG2211525	DAD4805767	11/04/2025	BEE-04	0,66	0,46	3,61
138	US-1.5	Y25SG2211526	DAD4805524	11/04/2025	BEE-04	-0,02	0,79	1,87
139	US-1.5	Y25SG2211527	DAD4805160	11/04/2025	BEE-04	0,07	0,46	2,82
140	US-1.5	Y25SG2211528	DAD5316570	11/04/2025	BEE-04	-0,14	-1,08	1,09
141	US-1.5	Y25SG2211529	DAD5341473	11/04/2025	BEE-04	0,11	-0,33	1,81
142	US-1.5	Y25SG2211530	DAD4805299	11/04/2025	BEE-04	0,90	0,66	3,61
143	US-1.5	Y25SG2211531	DAD4805810	11/04/2025	BEE-04	0,38	0,33	1,89
144	US-1.5	Y25SG2211532	DAD5341140	11/04/2025	BEE-04	1,23	-0,24	1,90
145	US-1.5	Y25SG2211533	DAD5314354	11/04/2025	BEE-04	0,29	-0,21	0,10
146	US-1.5	Y25SG2211534	DAD4805986	11/04/2025	BEE-04	-0,05	-0,54	0,95
147	US-1.5	Y25SG2211535	DAD4805640	11/04/2025	BEE-04	-0,04	0,05	1,79
148	US-1.5	Y25SG2211536	DAD4805202	11/04/2025	BEE-04	-0,53	-0,95	0,02
149	US-1.5	Y25SG2211537	DAD5341941	11/04/2025	BEE-04	0,49	-0,62	4,34
150	US-1.5	Y25SG2211538	DAD4805937	11/04/2025	BEE-04	1,62	0,90	3,40
151	US-1.5	Y25SG2211539	DAD4803140	11/04/2025	BEE-04	0,99	-0,03	2,35
152	US-1.5	Y25SG2211540	DAD4803758	11/04/2025	BEE-04	0,69	-0,71	2,19
153	US-1.5	Y25SG2211541	DAD4803461	11/04/2025	BEE-04	0,49	1,16	4,23
154	US-1.5	Y25SG2211542	DAD4803394	11/04/2025	BEE-04	-0,99	-0,13	1,29
155	US-1.5	Y25SG2211543	DAD4803370	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,48	3,91
156	US-1.5	Y25SG2211544	DAD4803734	11/04/2025	BEE-04	0,31	-1,10	-0,38
157	US-1.5	Y25SG2211545	DAD4803886	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,52	3,06
158	US-1.5	Y25SG2211546	DAD4803904	11/04/2025	BEE-04	0,48	-0,41	2,20
159	US-1.5	Y25SG2211547	DAD4803035	11/04/2025	BEE-04	0,58	0,20	1,33
160	US-1.5	Y25SG2211548	DAD4803138	11/04/2025	BEE-04	0,51	0,20	2,19
161	US-1.5	Y25SG2211549	DAD4803620	11/04/2025	BEE-04	0,95	0,52	1,25
162	US-1.5	Y25SG2211550	DAD4803564	11/04/2025	BEE-04	0,25	-1,72	-1,38
163	US-1.5	Y25SG2211551	DAD4803801	11/04/2025	BEE-04	0,27	0,06	3,18
164	US-1.5	Y25SG2211552	DAD4803310	11/04/2025	BEE-04	-0,01	-0,20	-1,16
165	US-1.5	Y25SG2211553	DAD4803722	11/04/2025	BEE-04	0,76	1,73	0,58
166	US-1.5	Y25SG2211554	DAD4803291	11/04/2025	BEE-04	-0,97	-1,71	-0,29
167	US-1.5	Y25SG2211555	DAD4803680	11/04/2025	BEE-04	-0,58	-0,97	-0,35
168	US-1.5	Y25SG2211556	DAD4803280	11/04/2025	BEE-04	-1,66	-0,01	1,43
169	US-1.5	Y25SG2211557	DAD4803126	11/04/2025	BEE-04	-1,39	1,23	1,45
170	US-1.5	Y25SG2211558	DAD4803448	11/04/2025	BEE-04	0,39	-0,17	0,60
171	US-1.5	Y25SG2211559	DAD4803217	11/04/2025	BEE-04	0,06	0,43	0,62
172	US-1.5	Y25SG2211560	DAD4804003	11/04/2025	BEE-04	0,56	0,73	2,36

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 4 de 29
									Código: FOR-48
									Revisão: 09-02/12/2024
									N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
173	US-1.5	Y25SG2211561	DAD4803850	11/04/2025	BEE-04	-0,91	-0,55	1,50	
174	US-1.5	Y25SG2211562	DAD4803485	11/04/2025	BEE-04	-0,32	-0,89	1,47	
175	US-1.5	Y25SG2211563	DAD4803059	11/04/2025	BEE-04	1,15	0,48	4,10	
176	US-1.5	Y25SG2211564	DAD4803692	11/04/2025	BEE-04	-0,15	-1,15	0,60	
177	US-1.5	Y25SG2211565	DAD4803412	11/04/2025	BEE-04	0,58	1,09	-2,02	
178	US-1.5	Y25SG2211566	DAD4803953	11/04/2025	BEE-04	-0,64	-1,22	0,60	
179	US-1.5	Y25SG2211567	DAD4803175	11/04/2025	BEE-04	-0,45	-0,25	1,47	
180	US-1.5	Y25SG2211568	DAD4803990	11/04/2025	BEE-04	-0,02	-0,25	3,22	
181	US-1.5	Y25SG2211569	DAD4803928	11/04/2025	BEE-04	-0,77	-1,16	0,64	
182	US-1.5	Y25SG2211570	DAD4803072	11/04/2025	BEE-04	0,60	-1,12	3,47	
183	US-1.5	Y25SG2211571	DAD4803643	11/04/2025	BEE-04	0,05	-1,12	2,58	
184	US-1.5	Y25SG2211572	DAD4803424	11/04/2025	BEE-04	0,11	0,56	2,58	
185	US-1.5	Y25SG2211573	DAD4803590	11/04/2025	BEE-04	0,75	-1,49	0,80	
186	US-1.5	Y25SG2211574	DAD4803965	11/04/2025	BEE-04	1,35	0,43	2,58	
187	US-1.5	Y25SG2211575	DAD4803916	11/04/2025	BEE-04	-0,41	-0,96	-0,09	
188	US-1.5	Y25SG2211576	DAD4803321	11/04/2025	BEE-04	0,39	0,76	1,63	
189	US-1.5	Y25SG2211577	DAD4803783	11/04/2025	BEE-04	-0,27	-1,21	-0,15	
190	US-1.5	Y25SG2211578	DAD4803588	11/04/2025	BEE-04	0,32	0,40	2,52	
191	US-1.5	Y25SG2211579	DAD5316776	11/04/2025	BEE-04	0,58	0,04	4,30	
192	US-1.5	Y25SG2211580	DAD4803333	11/04/2025	BEE-04	-0,48	-0,63	2,52	
193	US-1.5	Y25SG2211581	DAD4803278	11/04/2025	BEE-04	0,12	0,07	4,10	
194	US-1.5	Y25SG2211582	DAD4803989	11/04/2025	BEE-04	0,42	0,10	3,76	
195	US-1.5	Y25SG2211583	DAD4803771	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,41	4,15	
196	US-1.5	Y25SG2211584	DAD4803874	11/04/2025	BEE-04	-0,45	-0,86	2,07	
197	US-1.5	Y25SG2211585	DAD4803618	11/04/2025	BEE-04	0,38	1,51	3,04	
198	US-1.5	Y25SG2211586	DAD4803746	11/04/2025	BEE-04	-0,39	-0,87	0,42	
199	US-1.5	Y25SG2211587	DAD4803576	11/04/2025	BEE-04	0,11	-1,21	4,01	
200	US-1.5	Y25SG2211588	DAD4803898	11/04/2025	BEE-04	-0,25	-0,91	1,38	
201	US-1.5	Y25SG2211589	DAD4805482	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,75	4,05	
202	US-1.5	Y25SG2211590	DAD4803114	11/04/2025	BEE-04	0,11	-0,86	2,25	
203	US-1.5	Y25SG2211591	DAD4803552	11/04/2025	BEE-04	-0,21	0,13	1,32	
204	US-1.5	Y25SG2211592	DAD4803631	11/04/2025	BEE-04	-0,75	-0,81	-0,46	
205	US-1.5	Y25SG2211593	DAD4803977	11/04/2025	BEE-04	0,36	0,67	-2,54	
206	US-1.5	Y25SG2211594	DAD4803709	11/04/2025	BEE-04	-0,63	-0,30	0,82	
207	US-1.5	Y25SG2211595	DAD4803862	11/04/2025	BEE-04	1,01	1,42	1,69	
208	US-1.5	Y25SG2211596	DAD4803242	11/04/2025	BEE-04	-0,06	-0,57	1,69	
209	US-1.5	Y25SG2211597	DAD4803941	11/04/2025	BEE-04	0,22	0,09	3,41	
210	US-1.5	Y25SG2211598	DAD4803230	11/04/2025	BEE-04	-0,06	0,05	1,67	
211	US-1.5	Y25SG2211599	DAD4803813	11/04/2025	BEE-04	0,55	1,05	2,52	
212	US-1.5	Y25SG2211600	DAD4805603	11/04/2025	BEE-04	-0,21	-1,27	1,63	
213	US-1.5	Y25SG2211601	DAD4803710	11/04/2025	BEE-04	0,40	-0,97	2,47	
214	US-1.5	Y25SG2211602	DAD4803436	11/04/2025	BEE-04	-0,58	-1,34	1,55	
215	US-1.5	Y25SG2211603	DAD4803060	11/04/2025	BEE-04	0,47	1,07	3,49	
216	US-1.5	Y25SG2211604	DAD4803450	11/04/2025	BEE-04	-0,11	-0,56	2,60	
217	US-1.5	Y25SG2211605	DAD4803497	11/04/2025	BEE-04	0,25	0,09	2,60	
218	US-1.5	Y25SG2211606	DAD4803345	11/04/2025	BEE-04	0,84	1,07	2,60	
219	US-1.5	Y25SG2211607	DAD4803503	11/04/2025	BEE-04	-0,83	-0,82	1,67	
220	US-1.5	Y25SG2211608	DAD4803096	11/04/2025	BEE-04	0,67	1,23	-1,96	
221	US-1.5	Y25SG2211609	DAD4811032	11/04/2025	BEE-04	-0,57	0,31	2,50	
222	US-1.5	Y25SG2211610	DAD4811081	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,69	4,28	
223	US-1.5	Y25SG2211611	DAD4812115	11/04/2025	BEE-04	0,32	0,63	2,52	
224	US-1.5	Y25SG2211612	DAD4811329	11/04/2025	BEE-04	0,13	0,65	1,59	
225	US-1.5	Y25SG2211613	DAD4811482	11/04/2025	BEE-04	0,64	0,34	3,37	
226	US-1.5	Y25SG2211614	DAD4811585	11/04/2025	BEE-04	1,14	-0,44	3,53	
227	US-1.5	Y25SG2211615	DAD4811380	11/04/2025	BEE-04	0,98	0,22	2,66	
228	US-1.5	Y25SG2211616	DAD4811287	11/04/2025	BEE-04	1,22	0,90	2,69	
229	US-1.5	Y25SG2211617	DAD4811056	11/04/2025	BEE-04	0,93	0,45	4,44	
230	US-1.5	Y25SG2211618	DAD4811275	11/04/2025	BEE-04	0,79	1,40	3,59	

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 5 de 29
									Código: FOR-48
									Revisão: 09-02/12/2024
									N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
231	US-1.5	Y25SG2211619	DAD4811548	11/04/2025	BEE-04	-0,37	-0,28	2,72	
232	US-1.5	Y25SG2211620	DAD4811391	11/04/2025	BEE-04	-0,23	-0,35	1,86	
233	US-1.5	Y25SG2211621	DAD4811226	11/04/2025	BEE-04	1,10	0,62	1,86	
234	US-1.5	Y25SG2211622	DAD4811597	11/04/2025	BEE-04	-0,25	0,30	3,60	
235	US-1.5	Y25SG2211623	DAD4811214	11/04/2025	BEE-04	0,82	1,56	3,60	
236	US-1.5	Y25SG2211624	DAD4811330	11/04/2025	BEE-04	0,55	0,62	2,73	
237	US-1.5	Y25SG2211625	DAD4811433	11/04/2025	BEE-04	-0,13	-0,27	2,74	
238	US-1.5	Y25SG2211626	DAD4811706	11/04/2025	BEE-04	0,19	-0,62	-0,40	
239	US-1.5	Y25SG2211627	DAD4812048	11/04/2025	BEE-04	-0,56	0,36	3,02	
240	US-1.5	Y25SG2211628	DAD4811561	11/04/2025	BEE-04	-0,17	-0,86	1,24	
241	US-1.5	Y25SG2211629	DAD4812530	11/04/2025	BEE-04	0,78	0,48	2,96	
242	US-1.5	Y25SG2211630	DAD4812723	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,21	2,94	
243	US-1.5	Y25SG2211631	DAD4812012	11/04/2025	BEE-04	1,34	0,90	2,92	
244	US-1.5	Y25SG2211632	DAD4812851	11/04/2025	BEE-04	0,71	0,32	2,92	
245	US-1.5	Y25SG2211633	DAD4812267	11/04/2025	BEE-04	1,23	0,71	3,80	
246	US-1.5	Y25SG2211634	DAD4812991	11/04/2025	BEE-04	1,34	0,90	2,95	
247	US-1.5	Y25SG2211635	DAD4812061	11/04/2025	BEE-04	1,09	-0,39	2,08	
248	US-1.5	Y25SG2211636	DAD4812164	11/04/2025	BEE-04	0,41	0,39	2,85	
249	US-1.5	Y25SG2211637	DAD4811019	11/04/2025	BEE-04	-0,61	0,47	3,57	
250	US-1.5	Y25SG2211638	DAD4812553	11/04/2025	BEE-04	1,14	0,90	3,53	
251	US-1.5	Y25SG2211639	DAD4811524	11/04/2025	BEE-04	0,84	0,09	-4,23	
252	US-1.5	Y25SG2211640	DAD4811421	11/04/2025	BEE-04	0,55	0,08	2,69	
253	US-1.5	Y25SG2211641	DAD4812140	11/04/2025	BEE-04	-0,31	-0,57	1,90	
254	US-1.5	Y25SG2211642	DAD4812838	11/04/2025	BEE-04	1,11	0,90	3,67	
255	US-1.5	Y25SG2211643	DAD4812930	11/04/2025	BEE-04	0,55	0,08	1,94	
256	US-1.5	Y25SG2211644	DAD4812644	11/04/2025	BEE-04	1,43	0,51	1,88	
257	US-1.5	Y25SG2211645	DAD4812383	11/04/2025	BEE-04	0,31	-0,10	2,69	
258	US-1.5	Y25SG2211646	DAD4812528	11/04/2025	BEE-04	0,76	0,64	0,93	
259	US-1.5	Y25SG2211647	DAD4812024	11/04/2025	BEE-04	0,82	-1,61	-0,26	
260	US-1.5	Y25SG2211648	DAD4811998	11/04/2025	BEE-04	-0,38	-0,45	1,59	
261	US-1.5	Y25SG2211649	DAD4811457	11/04/2025	BEE-04	0,41	0,50	4,22	
262	US-1.5	Y25SG2211650	DAD4812784	11/04/2025	BEE-04	1,39	0,50	4,22	
263	US-1.5	Y25SG2211651	DAD4811135	11/04/2025	BEE-04	0,24	-1,11	1,50	
264	US-1.5	Y25SG2211652	DAD4811720	11/04/2025	BEE-04	1,08	0,15	1,49	
265	US-1.5	Y25SG2211653	DAD4812802	11/04/2025	BEE-04	0,96	0,44	2,32	
266	US-1.5	Y25SG2211654	DAD4812360	11/04/2025	BEE-04	-0,09	1,05	1,44	
267	US-1.5	Y25SG2211655	DAD4811925	11/04/2025	BEE-04	0,15	0,40	3,26	
268	US-1.5	Y25SG2211656	DAD4811147	11/04/2025	BEE-04	-0,40	-1,15	1,26	
269	US-1.5	Y25SG2211657	DAD4812917	11/04/2025	BEE-04	-0,22	-0,48	1,23	
270	US-1.5	Y25SG2211658	DAD4812218	11/04/2025	BEE-04	0,01	0,50	1,21	
271	US-1.5	Y25SG2211659	DAD4812401	11/04/2025	BEE-04	0,78	1,53	0,31	
272	US-1.5	Y25SG2211660	DAD4812206	11/04/2025	BEE-04	0,97	1,00	2,91	
273	US-1.5	Y25SG2211661	DAD4811822	11/04/2025	BEE-04	1,54	-0,71	2,04	
274	US-1.5	Y25SG2211662	DAD4811962	11/04/2025	BEE-04	0,63	0,54	0,32	
275	US-1.5	Y25SG2211663	DAD4812371	11/04/2025	BEE-04	0,93	1,46	1,19	
276	US-1.5	Y25SG2211664	DAD4811378	11/04/2025	BEE-04	0,98	1,49	2,94	
277	US-1.5	Y25SG2211665	DAD4811846	11/04/2025	BEE-04	0,69	0,58	2,94	
278	US-1.5	Y25SG2211666	DAD4811500	11/04/2025	BEE-04	0,92	0,92	2,94	
279	US-1.5	Y25SG2211667	DAD4812139	11/04/2025	BEE-04	0,44	-0,97	2,07	
280	US-1.5	Y25SG2211668	DAD4811809	11/04/2025	BEE-04	0,62	0,96	4,12	
281	US-1.5	Y25SG2211669	DAD4811639	11/04/2025	BEE-04	-0,46	-1,00	2,02	
282	US-1.5	Y25SG2211670	DAD4811603	11/04/2025	BEE-04	0,76	0,63	3,73	
283	US-1.5	Y25SG2211671	DAD4811690	11/04/2025	BEE-04	-0,71	-1,65	1,09	
284	US-1.5	Y25SG2211672	DAD4811240	11/04/2025	BEE-04	0,88	-0,68	1,07	
285	US-1.5	Y25SG2211673	DAD4811202	11/04/2025	BEE-04	0,88	-0,68	1,07	
286	US-1.5	Y25SG2211674	DAD4811196	11/04/2025	BEE-04	0,10	-0,65	1,09	
287	US-1.5	Y25SG2211675	DAD4812772	11/04/2025	BEE-04	0,52	-0,32	1,09	
288	US-1.5	Y25SG2211676	DAD4811445	11/04/2025	BEE-04	0,76	0,67	2,84	

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 6 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
289	US-1.5	Y25SG2211677	DAD4812437	11/04/2025	BEE-04	1,09	0,76	1,97
290	US-1.5	Y25SG2211678	DAD4812346	11/04/2025	BEE-04	0,17	0,17	3,71
291	US-1.5	Y25SG2211679	DAD4811469	11/04/2025	BEE-04	0,48	-0,70	4,29
292	US-1.5	Y25SG2211680	DAD4812670	11/04/2025	BEE-04	0,95	0,61	3,42
293	US-1.5	Y25SG2211681	DAD4812656	11/04/2025	BEE-04	0,67	-0,38	1,67
294	US-1.5	Y25SG2211682	DAD4812887	11/04/2025	BEE-04	-0,04	-0,05	0,76
295	US-1.5	Y25SG2211683	DAD4812875	11/04/2025	BEE-04	0,37	0,63	2,50
296	US-1.5	Y25SG2211684	DAD4812577	11/04/2025	BEE-04	0,20	-0,21	-0,11
297	US-1.5	Y25SG2211685	DAD4812632	11/04/2025	BEE-04	0,77	0,86	3,37
298	US-1.5	Y25SG2211686	DAD4812280	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,27	3,37
299	US-1.5	Y25SG2211687	DAD4811070	11/04/2025	BEE-04	-0,81	-0,13	1,62
300	US-1.5	Y25SG2211688	DAD4811354	11/04/2025	BEE-04	1,10	0,20	3,36
301	US-1.5	Y25SG2211689	DAD4811263	11/04/2025	BEE-04	-0,41	-0,17	1,43
302	US-1.5	Y25SG2211690	DAD4812073	11/04/2025	BEE-04	0,57	0,19	3,22
303	US-1.5	Y25SG2211691	DAD4811664	11/04/2025	BEE-04	1,20	0,82	-0,35
304	US-1.5	Y25SG2211692	DAD4812607	11/04/2025	BEE-04	0,79	0,46	3,22
305	US-1.5	Y25SG2211693	DAD4811731	11/04/2025	BEE-04	0,49	0,76	3,21
306	US-1.5	Y25SG2211694	DAD4812826	11/04/2025	BEE-04	-0,11	0,00	1,43
307	US-1.5	Y25SG2211695	DAD4811470	11/04/2025	BEE-04	1,06	-0,04	3,20
308	US-1.5	Y25SG2211696	DAD4812176	11/04/2025	BEE-04	0,35	-0,73	1,39
309	US-1.5	Y25SG2211697	DAD4812814	11/04/2025	BEE-04	0,64	-0,74	2,24
310	US-1.5	Y25SG2211698	DAD4812668	11/04/2025	BEE-04	0,01	1,24	3,08
311	US-1.5	Y25SG2211699	DAD4812309	11/04/2025	BEE-04	-0,69	-0,33	1,30
312	US-1.5	Y25SG2211700	DAD4811810	11/04/2025	BEE-04	1,31	-0,55	2,22
313	US-1.5	Y25SG2211701	DAD4812954	11/04/2025	BEE-04	-0,08	0,42	0,46
314	US-1.5	Y25SG2211702	DAD4811299	11/04/2025	BEE-04	0,31	0,07	1,38
315	US-1.5	Y25SG2211703	DAD4811937	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,42	4,05
316	US-1.5	Y25SG2211704	DAD4812358	11/04/2025	BEE-04	-0,39	-0,42	2,31
317	US-1.5	Y25SG2211705	DAD4812711	11/04/2025	BEE-04	-0,07	1,60	4,13
318	US-1.5	Y25SG2211706	DAD4812220	11/04/2025	BEE-04	1,57	0,02	-0,22
319	US-1.5	Y25SG2211707	DAD4812231	11/04/2025	BEE-04	0,95	1,34	1,61
320	US-1.5	Y25SG2211708	DAD4811184	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,37	3,42
321	US-1.5	Y25SG2211709	DAD4811860	11/04/2025	BEE-04	0,88	0,42	2,56
322	US-1.5	Y25SG2211710	DAD4811172	11/04/2025	BEE-04	1,15	0,71	3,47
323	US-1.5	Y25SG2211711	DAD4811093	11/04/2025	BEE-04	-0,08	-0,24	2,11
324	US-1.5	Y25SG2211712	DAD4812292	11/04/2025	BEE-04	0,22	0,41	3,02
325	US-1.5	Y25SG2211713	DAD4811652	11/04/2025	BEE-04	-0,17	-0,89	-1,30
326	US-1.5	Y25SG2211714	DAD4812310	11/04/2025	BEE-04	0,50	0,66	3,97
327	US-1.5	Y25SG2211715	DAD4812450	11/04/2025	BEE-04	0,60	-0,35	1,29
328	US-1.5	Y25SG2211716	DAD4812589	11/04/2025	BEE-04	0,69	1,27	3,89
329	US-1.5	Y25SG2211717	DAD4812759	11/04/2025	BEE-04	0,88	0,62	4,22
330	US-1.5	Y25SG2211718	DAD4812942	11/04/2025	BEE-04	0,65	1,27	2,14
331	US-1.5	Y25SG2211719	DAD4812760	11/04/2025	BEE-04	1,58	0,37	3,01
332	US-1.5	Y25SG2211720	DAD4812504	11/04/2025	BEE-04	0,69	0,15	2,99
333	US-1.5	Y25SG2211721	DAD4812486	11/04/2025	BEE-04	-0,21	-1,15	-0,43
334	US-1.5	Y25SG2211722	DAD4811743	11/04/2025	BEE-04	1,25	0,90	4,31
335	US-1.5	Y25SG2211723	DAD4811410	11/04/2025	BEE-04	-0,11	-0,59	0,83
336	US-1.5	Y25SG2211724	DAD4811251	11/04/2025	BEE-04	0,18	0,42	4,32
337	US-1.5	Y25SG2211725	DAD4812413	11/04/2025	BEE-04	-0,22	0,08	2,56
338	US-1.5	Y25SG2211726	DAD4811834	11/04/2025	BEE-04	0,23	0,75	2,56
339	US-1.5	Y25SG2211727	DAD4812050	11/04/2025	BEE-04	1,16	0,90	3,44
340	US-1.5	Y25SG2211728	DAD4803047	11/04/2025	BEE-04	0,67	-0,74	0,81
341	US-1.5	Y25SG2211729	DAD4812449	11/04/2025	BEE-04	0,03	-0,55	1,71
342	US-1.5	Y25SG2211730	DAD5317653	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,10	2,59
343	US-1.5	Y25SG2211731	DAD5317252	11/04/2025	BEE-04	0,77	0,78	2,59
344	US-1.5	Y25SG2211732	DAD5317800	11/04/2025	BEE-04	1,52	-0,16	0,51
345	US-1.5	Y25SG2211733	DAD5317136	11/04/2025	BEE-04	0,70	-0,38	1,40
346	US-1.5	Y25SG2211734	DAD5317549	11/04/2025	BEE-04	0,20	0,31	2,30

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 7 de 29
									Código: FOR-48
									Revisão: 09-02/12/2024
									N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
347	US-1.5	Y25SG2211735	DAD5317689	11/04/2025	BEE-04	0,90	0,07	2,30	
348	US-1.5	Y25SG2211736	DAD5317550	11/04/2025	BEE-04	1,03	0,02	2,30	
349	US-1.5	Y25SG2211737	DAD5317227	11/04/2025	BEE-04	0,87	0,32	3,20	
350	US-1.5	Y25SG2211738	DAD5317835	11/04/2025	BEE-04	0,76	0,60	1,45	
351	US-1.5	Y25SG2211739	DAD5317203	11/04/2025	BEE-04	1,73	1,18	1,51	
352	US-1.5	Y25SG2211740	DAD5317823	11/04/2025	BEE-04	0,00	-0,49	2,36	
353	US-1.5	Y25SG2211741	DAD5317057	11/04/2025	BEE-04	0,80	-0,24	2,34	
354	US-1.5	Y25SG2211742	DAD5317872	11/04/2025	BEE-04	0,51	0,30	2,67	
355	US-1.5	Y25SG2211743	DAD5317756	11/04/2025	BEE-04	0,83	-0,02	3,51	
356	US-1.5	Y25SG2211744	DAD5317112	11/04/2025	BEE-04	-0,21	-0,98	1,74	
357	US-1.5	Y25SG2211745	DAD5317410	11/04/2025	BEE-04	0,22	1,07	2,54	
358	US-1.5	Y25SG2211746	DAD5317677	11/04/2025	BEE-04	0,05	0,15	2,48	
359	US-1.5	Y25SG2211747	DAD5317690	11/04/2025	BEE-04	0,11	-1,09	1,69	
360	US-1.5	Y25SG2211748	DAD5317975	11/04/2025	BEE-04	0,05	0,56	1,69	
361	US-1.5	Y25SG2211749	DAD5317793	11/04/2025	BEE-04	0,00	-1,31	-0,91	
362	US-1.5	Y25SG2211750	DAD5317471	11/04/2025	BEE-04	0,44	-1,31	1,65	
363	US-1.5	Y25SG2211751	DAD5317630	11/04/2025	BEE-04	0,85	0,94	2,49	
364	US-1.5	Y25SG2211752	DAD5317173	11/04/2025	BEE-04	0,66	-0,63	-0,11	
365	US-1.5	Y25SG2211753	DAD5317963	11/04/2025	BEE-04	0,90	-0,54	1,73	
366	US-1.5	Y25SG2211754	DAD5317458	11/04/2025	BEE-04	1,42	0,50	2,55	
367	US-1.5	Y25SG2211755	DAD5317707	11/04/2025	BEE-04	0,24	-1,48	0,86	
368	US-1.5	Y25SG2211756	DAD5317288	11/04/2025	BEE-04	0,19	0,50	2,67	
369	US-1.5	Y25SG2211757	DAD5317586	11/04/2025	BEE-04	0,05	-1,48	-4,24	
370	US-1.5	Y25SG2211758	DAD5317460	11/04/2025	BEE-04	0,54	0,83	0,23	
371	US-1.5	Y25SG2211759	DAD5317860	11/04/2025	BEE-04	0,37	-1,00	1,11	
372	US-1.5	Y25SG2211760	DAD5317150	11/04/2025	BEE-04	0,32	0,65	1,95	
373	US-1.5	Y25SG2211761	DAD5317525	11/04/2025	BEE-04	-0,37	-0,66	-2,47	
374	US-1.5	Y25SG2211762	DAD5317318	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,73	4,29	
375	US-1.5	Y25SG2211763	DAD5317240	11/04/2025	BEE-04	0,65	-0,24	2,47	
376	US-1.5	Y25SG2211764	DAD5317987	11/04/2025	BEE-04	0,76	1,73	3,31	
377	US-1.5	Y25SG2211765	DAD5317033	11/04/2025	BEE-04	0,20	-0,55	-1,14	
378	US-1.5	Y25SG2211766	DAD5317732	11/04/2025	BEE-04	1,48	0,45	4,24	
379	US-1.5	Y25SG2211767	DAD5317999	11/04/2025	BEE-04	1,13	-0,87	2,48	
380	US-1.5	Y25SG2211768	DAD5317264	11/04/2025	BEE-04	0,49	0,45	1,60	
381	US-1.5	Y25SG2211769	DAD5317884	11/04/2025	BEE-04	0,36	0,46	2,53	
382	US-1.5	Y25SG2211770	DAD5342088	11/04/2025	BEE-04	1,52	1,12	2,40	
383	US-1.5	Y25SG2211771	DAD5342751	11/04/2025	BEE-04	1,25	-0,22	2,45	
384	US-1.5	Y25SG2211772	DAD5342040	11/04/2025	BEE-04	1,52	0,52	3,26	
385	US-1.5	Y25SG2211773	DAD5342696	11/04/2025	BEE-04	0,39	1,48	4,10	
386	US-1.5	Y25SG2211774	DAD5342180	11/04/2025	BEE-04	1,28	0,52	3,20	
387	US-1.5	Y25SG2211775	DAD5342209	11/04/2025	BEE-04	1,55	1,09	0,64	
388	US-1.5	Y25SG2211776	DAD5342465	11/04/2025	BEE-04	0,21	-0,53	3,31	
389	US-1.5	Y25SG2211777	DAD5342570	11/04/2025	BEE-04	1,16	0,22	0,72	
390	US-1.5	Y25SG2211778	DAD5342519	11/04/2025	BEE-04	0,92	1,27	2,49	
391	US-1.5	Y25SG2211779	DAD5342635	11/04/2025	BEE-04	1,36	0,42	0,77	
392	US-1.5	Y25SG2211780	DAD5342805	11/04/2025	BEE-04	0,07	0,21	0,81	
393	US-1.5	Y25SG2211781	DAD5342763	11/04/2025	BEE-04	1,41	1,59	2,40	
394	US-1.5	Y25SG2211782	DAD5317665	11/04/2025	BEE-04	0,02	0,35	2,48	
395	US-1.5	Y25SG2211783	DAD5342120	11/04/2025	BEE-04	0,75	-0,25	3,53	
396	US-1.5	Y25SG2211784	DAD5342090	11/04/2025	BEE-04	-0,12	0,68	3,65	
397	US-1.5	Y25SG2211785	DAD5342520	11/04/2025	BEE-04	0,43	0,97	2,81	
398	US-1.5	Y25SG2211786	DAD5342131	11/04/2025	BEE-04	0,16	0,30	1,97	
399	US-1.5	Y25SG2211787	DAD5342015	11/04/2025	BEE-04	0,94	0,26	2,86	
400	US-1.5	Y25SG2211788	DAD5342374	11/04/2025	BEE-04	0,01	-0,70	-0,73	
401	US-1.5	Y25SG2211789	DAD5342726	11/04/2025	BEE-04	0,88	1,56	2,77	
402	US-1.5	Y25SG2211790	DAD5342775	11/04/2025	BEE-04	-0,04	0,95	1,84	
403	US-1.5	Y25SG2211791	DAD5342933	11/04/2025	BEE-04	-1,22	1,38	2,59	
404	US-1.5	Y25SG2211792	DAD5342581	11/04/2025	BEE-04	-0,20	0,38	1,69	

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 8 de 29
									Código: FOR-48
									Revisão: 09-02/12/2024
									N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
405	US-1.5	Y25SG2211793	DAD5342210	11/04/2025	BEE-04	0,40	0,01	2,80	
406	US-1.5	Y25SG2211794	DAD5342611	11/04/2025	BEE-04	0,56	0,30	1,96	
407	US-1.5	Y25SG2211795	DAD5342325	11/04/2025	BEE-04	1,62	0,60	1,96	
408	US-1.5	Y25SG2211796	DAD5342490	11/04/2025	BEE-04	1,30	0,60	1,98	
409	US-1.5	Y25SG2211797	DAD5342714	11/04/2025	BEE-04	0,62	-0,37	2,87	
410	US-1.5	Y25SG2211798	DAD5342817	11/04/2025	BEE-04	1,53	0,94	2,87	
411	US-1.5	Y25SG2211799	DAD5342428	11/04/2025	BEE-04	0,80	1,60	2,90	
412	US-1.5	Y25SG2211800	DAD5339910	11/04/2025	BEE-04	1,23	-0,37	2,11	
413	US-1.5	Y25SG2211801	DAD5336349	11/04/2025	BEE-04	1,50	0,70	2,97	
414	US-1.5	Y25SG2211802	DAD4811408	11/04/2025	BEE-04	1,36	0,90	3,84	
415	US-1.5	Y25SG2211803	DAD5342052	11/04/2025	BEE-04	-0,47	-1,31	-0,63	
416	US-1.5	Y25SG2211804	DAD5338735	11/04/2025	BEE-04	0,40	0,66	2,90	
417	US-1.5	Y25SG2211805	DAD5334377	11/04/2025	BEE-04	0,86	1,00	3,79	
418	US-1.5	Y25SG2211806	DAD5342234	11/04/2025	BEE-04	0,24	-0,68	1,18	
419	US-1.5	Y25SG2211807	DAD5317641	11/04/2025	BEE-04	0,70	0,91	2,11	
420	US-1.5	Y25SG2211808	DAD5317537	11/04/2025	BEE-04	1,11	0,49	2,14	
421	US-1.5	Y25SG2211809	DAD5317940	11/04/2025	BEE-04	-0,46	-0,88	0,39	
422	US-1.5	Y25SG2211810	DAD5317859	11/04/2025	BEE-04	0,78	0,68	3,11	
423	US-1.5	Y25SG2211811	DAD5318001	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,27	3,94	
424	US-1.5	Y25SG2211812	DAD5342659	11/04/2025	BEE-04	-0,02	-0,09	1,27	
425	US-1.5	Y25SG2211813	DAD5317951	11/04/2025	BEE-04	0,23	-0,10	1,58	
426	US-1.5	Y25SG2211814	DAD5342921	11/04/2025	BEE-04	0,44	0,00	0,64	
427	US-1.5	Y25SG2211815	DAD5317720	11/04/2025	BEE-04	0,22	-1,60	1,54	
428	US-1.5	Y25SG2211816	DAD5342568	11/04/2025	BEE-04	1,06	0,23	-2,92	
429	US-1.5	Y25SG2211817	DAD5317902	11/04/2025	BEE-04	0,69	0,22	1,52	
430	US-1.5	Y25SG2211818	DAD5317628	11/04/2025	BEE-04	1,00	0,85	3,29	
431	US-1.5	Y25SG2211819	DAD5317604	11/04/2025	BEE-04	0,60	0,47	3,27	
432	US-1.5	Y25SG2211820	DAD5317320	11/04/2025	BEE-04	1,10	-0,02	1,39	
433	US-1.5	Y25SG2211821	DAD5334110	11/04/2025	BEE-04	1,12	0,54	4,19	
434	US-1.5	Y25SG2211822	DAD5317100	11/04/2025	BEE-04	0,68	0,13	2,07	
435	US-1.5	Y25SG2211823	DAD5317239	11/04/2025	BEE-04	-0,47	-1,48	2,10	
436	US-1.5	Y25SG2211824	DAD5317598	11/04/2025	BEE-04	-0,06	-0,74	2,08	
437	US-1.5	Y25SG2211825	DAD5317331	11/04/2025	BEE-04	0,11	-1,33	0,26	
438	US-1.5	Y25SG2211826	DAD5342441	11/04/2025	BEE-04	-0,20	-1,31	0,23	
439	US-1.5	Y25SG2211827	DAD4805366	11/04/2025	BEE-04	0,23	0,01	2,87	
440	US-1.5	Y25SG2211828	DAD5317124	11/04/2025	BEE-04	-0,22	-1,24	1,95	
441	US-1.5	Y25SG2211829	DAD4811986	11/04/2025	BEE-04	0,12	-0,26	2,84	
442	US-1.5	Y25SG2211830	DAD4811949	11/04/2025	BEE-04	0,16	-0,22	2,84	
443	US-1.5	Y25SG2211831	DAD5317409	11/04/2025	BEE-04	0,12	0,19	2,27	
444	US-1.5	Y25SG2211832	DAD5317021	11/04/2025	BEE-04	0,65	-0,48	2,31	
445	US-1.5	Y25SG2211833	DAD5317495	11/04/2025	BEE-04	0,18	0,08	1,40	
446	US-1.5	Y25SG2211834	DAD5317422	11/04/2025	BEE-04	-0,23	0,04	1,38	
447	US-1.5	Y25SG2211835	DAD5317197	11/04/2025	BEE-04	0,47	-0,62	2,24	
448	US-1.5	Y25SG2211836	DAD5317379	11/04/2025	BEE-04	0,75	1,01	3,95	
449	US-1.5	Y25SG2211837	DAD5342260	11/04/2025	BEE-04	1,44	0,90	3,09	
450	US-1.5	Y25SG2211838	DAD5339790	11/04/2025	BEE-04	0,94	1,52	3,08	
451	US-1.5	Y25SG2211839	DAD4812735	11/04/2025	BEE-04	0,44	0,63	0,52	
452	US-1.5	Y25SG2211840	DAD4808586	11/04/2025	BEE-04	-0,12	-0,58	0,60	
453	US-1.5	Y25SG2211841	DAD5333919	11/04/2025	BEE-04	0,22	1,07	2,57	
454	US-1.5	Y25SG2211842	DAD4808719	11/04/2025	BEE-04	1,43	0,90	3,43	
455	US-1.5	Y25SG2211843	DAD4808732	11/04/2025	BEE-04	0,81	0,09	3,43	
456	US-1.5	Y25SG2211844	DAD4808082	11/04/2025	BEE-04	-0,70	-0,20	-0,01	
457	US-1.5	Y25SG2211845	DAD4808252	11/04/2025	BEE-04	0,13	-0,50	0,85	
458	US-1.5	Y25SG2211846	DAD4808859	11/04/2025	BEE-04	0,43	0,85	2,58	
459	US-1.5	Y25SG2211847	DAD4808914	11/04/2025	BEE-04	0,30	0,64	2,58	
460	US-1.5	Y25SG2211848	DAD4808770	11/04/2025	BEE-04	-0,37	-0,05	1,67	
461	US-1.5	Y25SG2211849	DAD4809001	11/04/2025	BEE-04	0,48	-0,12	0,75	
462	US-1.5	Y25SG2211850	DAD4808689	11/04/2025	BEE-04	-0,13	-0,40	2,42	

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 9 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
463	US-1.5	Y25SG2211851	DAD4808197	11/04/2025	BEE-04	0,75	-0,28	1,08
464	US-1.5	Y25SG2211852	DAD4808835	11/04/2025	BEE-04	0,19	-0,22	1,93
465	US-1.5	Y25SG2211853	DAD4808574	11/04/2025	BEE-04	-0,16	-0,77	0,13
466	US-1.5	Y25SG2211854	DAD4808320	11/04/2025	BEE-04	0,94	0,28	3,60
467	US-1.5	Y25SG2211855	DAD5317290	11/04/2025	BEE-04	1,28	1,35	2,40
468	US-1.5	Y25SG2211856	DAD4808938	11/04/2025	BEE-04	0,09	-0,49	0,90
469	US-1.5	Y25SG2211857	DAD4808793	11/04/2025	BEE-04	0,90	1,42	4,44
470	US-1.5	Y25SG2211858	DAD4808768	11/04/2025	BEE-04	0,99	1,68	2,72
471	US-1.5	Y25SG2211859	DAD4808800	11/04/2025	BEE-04	0,54	0,41	0,98
472	US-1.5	Y25SG2211860	DAD4808744	11/04/2025	BEE-04	-0,22	-1,19	-0,77
473	US-1.5	Y25SG2211861	DAD4808422	11/04/2025	BEE-04	1,10	-0,45	0,97
474	US-1.5	Y25SG2211862	DAD5342362	11/04/2025	BEE-04	-0,19	-1,69	1,83
475	US-1.5	Y25SG2211863	DAD4808811	11/04/2025	BEE-04	1,41	1,22	2,40
476	US-1.5	Y25SG2211864	DAD4808677	11/04/2025	BEE-04	0,21	0,21	3,46
477	US-1.5	Y25SG2211865	DAD4808392	11/04/2025	BEE-04	-0,89	-1,45	-0,03
478	US-1.5	Y25SG2211866	DAD4808951	11/04/2025	BEE-04	0,65	0,12	0,83
479	US-1.5	Y25SG2211867	DAD4808410	11/04/2025	BEE-04	0,98	1,41	1,70
480	US-1.5	Y25SG2211868	DAD4808136	11/04/2025	BEE-04	0,09	-0,88	0,83
481	US-1.5	Y25SG2211869	DAD4808999	11/04/2025	BEE-04	0,37	-0,91	-0,03
482	US-1.5	Y25SG2211870	DAD4808215	11/04/2025	BEE-04	-0,11	0,09	1,67
483	US-1.5	Y25SG2211871	DAD4808112	11/04/2025	BEE-04	0,19	-0,42	1,67
484	US-1.5	Y25SG2211872	DAD4808630	11/04/2025	BEE-04	-0,68	-0,01	0,92
485	US-1.5	Y25SG2211873	DAD4808434	11/04/2025	BEE-04	-0,57	-1,35	-1,69
486	US-1.5	Y25SG2211874	DAD4808409	11/04/2025	BEE-04	-0,82	-0,40	0,94
487	US-1.5	Y25SG2211875	DAD4808537	11/04/2025	BEE-04	1,42	1,57	2,40
488	US-1.5	Y25SG2211876	DAD4808495	11/04/2025	BEE-04	1,24	1,24	2,40
489	US-1.5	Y25SG2211877	DAD4808926	11/04/2025	BEE-04	0,78	1,24	3,53
490	US-1.5	Y25SG2211878	DAD4808628	11/04/2025	BEE-04	0,21	1,56	2,64
491	US-1.5	Y25SG2211879	DAD4808756	11/04/2025	BEE-04	1,25	-0,08	-0,83
492	US-1.5	Y25SG2211880	DAD4808460	11/04/2025	BEE-04	0,55	0,32	0,94
493	US-1.5	Y25SG2211881	DAD4808379	11/04/2025	BEE-04	0,70	0,41	2,67
494	US-1.5	Y25SG2211882	DAD4808227	11/04/2025	BEE-04	0,42	0,18	0,93
495	US-1.5	Y25SG2211883	DAD4808987	11/04/2025	BEE-04	-0,36	-1,10	0,93
496	US-1.5	Y25SG2211884	DAD4233747	11/04/2025	BEE-07	0,14	-1,62	-0,65
497	US-1.5	Y25SG2211885	DAD4233929	11/04/2025	BEE-07	0,59	-0,02	1,02
498	US-1.5	Y25SG2211886	DAD4233267	11/04/2025	BEE-07	-0,80	-0,02	-0,73
499	US-1.5	Y25SG2211887	DAD4233292	11/04/2025	BEE-07	-0,10	1,26	2,67
500	US-1.5	Y25SG2211888	DAD4233279	11/04/2025	BEE-07	0,74	-0,03	0,04
501	US-1.5	Y25SG2211889	DAD4233899	11/04/2025	BEE-07	0,53	-0,34	0,87
502	US-1.5	Y25SG2211890	DAD4233334	11/04/2025	BEE-07	0,37	1,27	2,54
503	US-1.5	Y25SG2211891	DAD4233309	11/04/2025	BEE-07	-0,48	-0,33	1,67
504	US-1.5	Y25SG2211892	DAD4233036	11/04/2025	BEE-07	1,16	0,96	1,77
505	US-1.5	Y25SG2211893	DAD4233231	11/04/2025	BEE-07	0,03	-1,21	-0,44
506	US-1.5	Y25SG2211894	DAD4233024	11/04/2025	BEE-07	-0,17	0,15	0,44
507	US-1.5	Y25SG2211895	DAD4233565	11/04/2025	BEE-07	0,87	0,48	3,01
508	US-1.5	Y25SG2211896	DAD4233693	11/04/2025	BEE-07	0,91	0,15	-1,28
509	US-1.5	Y25SG2211897	DAD4233590	11/04/2025	BEE-07	0,27	0,48	-0,42
510	US-1.5	Y25SG2211898	DAD4233280	11/04/2025	BEE-07	-0,27	-0,18	0,43
511	US-1.5	Y25SG2211899	DAD4233619	11/04/2025	BEE-07	-1,05	0,15	2,14
512	US-1.5	Y25SG2211900	DAD4233358	11/04/2025	BEE-07	0,98	1,68	3,00
513	US-1.5	Y25SG2211901	DAD4233917	11/04/2025	BEE-07	-0,05	-0,03	1,30
514	US-1.5	Y25SG2211902	DAD4233450	11/04/2025	BEE-07	0,45	-0,36	1,35
515	US-1.5	Y25SG2211903	DAD4233206	11/04/2025	BEE-07	0,89	-1,04	0,48
516	US-1.5	Y25SG2211904	DAD4233139	11/04/2025	BEE-07	1,10	0,29	1,36
517	US-1.5	Y25SG2211905	DAD4233097	11/04/2025	BEE-07	0,79	-0,46	-0,37
518	US-1.5	Y25SG2211906	DAD4233310	11/04/2025	BEE-07	0,65	-0,92	-0,34
519	US-1.5	Y25SG2211907	DAD4233413	11/04/2025	BEE-07	1,30	-0,56	0,46
520	US-1.5	Y25SG2211908	DAD6872220	11/04/2025	BEE-07	-0,61	-0,97	0,45

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 10 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
521	US-1.5	Y25SG2211909	DAD6872255	11/04/2025	BEE-07	0,09	-0,99	-0,42
522	US-1.5	Y25SG2211910	DAD6872243	11/04/2025	BEE-07	-0,31	0,01	0,45
523	US-1.5	Y25SG2211911	DAD6872383	11/04/2025	BEE-07	0,36	0,28	1,22
524	US-1.5	Y25SG2211912	DAD6872395	11/04/2025	BEE-07	1,01	0,28	1,22
525	US-1.5	Y25SG2211913	DAD6872670	11/04/2025	BEE-07	-0,70	0,28	-0,64
526	US-1.5	Y25SG2211914	DAD6872140	11/04/2025	BEE-07	-0,05	-0,69	1,14
527	US-1.5	Y25SG2211915	DAD6872292	11/04/2025	BEE-07	1,55	0,28	0,26
528	US-1.5	Y25SG2211916	DAD6872322	11/04/2025	BEE-07	1,53	1,57	0,27
529	US-1.5	Y25SG2211917	DAD6872231	11/04/2025	BEE-07	0,67	1,25	2,05
530	US-1.5	Y25SG2211918	DAD6872267	11/04/2025	BEE-07	1,11	1,20	2,06
531	US-1.5	Y25SG2211919	DAD6872371	11/04/2025	BEE-07	0,94	1,43	1,17
532	US-1.5	Y25SG2211920	DAD6872358	11/04/2025	BEE-07	-0,29	0,10	0,30
533	US-1.5	Y25SG2211921	DAD6872279	11/04/2025	BEE-07	0,82	0,32	1,64
534	US-1.5	Y25SG2211922	DAD6872474	11/04/2025	BEE-07	1,18	-0,56	0,76
535	US-1.5	Y25SG2211923	DAD6872280	11/04/2025	BEE-07	-0,17	-0,24	-0,13
536	US-1.5	Y25SG2211924	DAD6872334	11/04/2025	BEE-07	-0,15	0,08	-1,90
537	US-1.5	Y25SG2211925	DAD6872498	11/04/2025	BEE-07	1,57	0,33	2,52
538	US-1.5	Y25SG2211926	DAD6872346	11/04/2025	BEE-07	1,10	-0,05	0,76
539	US-1.5	Y25SG2211927	DAD6872188	11/04/2025	BEE-07	0,51	1,17	1,64
540	US-1.5	Y25SG2211928	DAD6872413	11/04/2025	BEE-07	0,91	-1,08	-1,90
541	US-1.5	Y25SG2211929	DAD6872462	11/04/2025	BEE-07	0,19	-1,14	0,76
542	US-1.5	Y25SG2211930	DAD6872619	11/04/2025	BEE-07	1,08	1,31	1,64
543	US-1.5	Y25SG2211931	DAD6872590	11/04/2025	BEE-07	-0,17	1,02	1,64
544	US-1.5	Y25SG2211932	DAD6872437	11/04/2025	BEE-07	-0,20	-0,80	-0,19
545	US-1.5	Y25SG2211933	DAD6872577	11/04/2025	BEE-07	-0,24	-0,16	0,68
546	US-1.5	Y25SG2211934	DAD6872553	11/04/2025	BEE-07	0,94	-1,13	0,69
547	US-1.5	Y25SG2211935	DAD6872449	11/04/2025	BEE-07	0,15	0,16	1,56
548	US-1.5	Y25SG2211936	DAD6872589	11/04/2025	BEE-07	0,59	0,49	1,56
549	US-1.5	Y25SG2211937	DAD6872425	11/04/2025	BEE-07	0,90	1,13	4,19
550	US-1.5	Y25SG2211938	DAD6872541	11/04/2025	BEE-07	-0,41	1,12	2,43
551	US-1.5	Y25SG2211939	DAD6872530	11/04/2025	BEE-07	0,96	1,52	4,16
552	US-1.5	Y25SG2211940	DAD6872360	11/04/2025	BEE-07	0,83	-0,81	0,53
553	US-1.5	Y25SG2211941	DAD6872097	11/04/2025	BEE-07	-0,18	-1,65	0,47
554	US-1.5	Y25SG2211942	DAD6872152	11/04/2025	BEE-07	-0,09	0,24	1,29
555	US-1.5	Y25SG2211943	DAD6872954	11/04/2025	BEE-07	-0,76	-0,71	1,24
556	US-1.5	Y25SG2211944	DAD6872139	11/04/2025	BEE-07	0,21	-0,08	-0,53
557	US-1.5	Y25SG2211945	DAD6872700	11/04/2025	BEE-07	1,04	0,56	-0,53
558	US-1.5	Y25SG2211946	DAD6872504	11/04/2025	BEE-07	0,41	-0,59	-3,10
559	US-1.5	Y25SG2211947	DAD6872899	11/04/2025	BEE-07	1,60	1,00	2,09
560	US-1.5	Y25SG2211948	DAD6872115	11/04/2025	BEE-07	0,72	0,05	1,22
561	US-1.5	Y25SG2211949	DAD6872486	11/04/2025	BEE-07	1,43	0,05	1,22
562	US-1.5	Y25SG2211950	DAD6872050	11/04/2025	BEE-07	1,38	0,97	1,20
563	US-1.5	Y25SG2211951	DAD6872851	11/04/2025	BEE-07	0,45	-1,68	-1,13
564	US-1.5	Y25SG2211952	DAD6872528	11/04/2025	BEE-07	0,25	-0,95	-1,13
565	US-1.5	Y25SG2211953	DAD6872802	11/04/2025	BEE-07	-0,25	-0,63	1,55
566	US-1.5	Y25SG2211954	DAD6872401	11/04/2025	BEE-07	1,02	-0,30	-0,24
567	US-1.5	Y25SG2211955	DAD6872607	11/04/2025	BEE-07	-0,19	-1,30	-2,02
568	US-1.5	Y25SG2211956	DAD6872516	11/04/2025	BEE-07	1,33	0,04	1,49
569	US-1.5	Y25SG2211957	DAD6872176	11/04/2025	BEE-07	0,94	1,03	1,46
570	US-1.5	Y25SG2211958	DAD6872450	11/04/2025	BEE-07	0,99	0,03	-0,37
571	US-1.5	Y25SG2211959	DAD6872796	11/04/2025	BEE-07	1,44	0,03	1,40
572	US-1.5	Y25SG2211960	DAD6872966	11/04/2025	BEE-07	-0,43	-0,97	1,42
573	US-1.5	Y25SG2211961	DAD6872644	11/04/2025	BEE-07	0,57	-0,30	0,53
574	US-1.5	Y25SG2211962	DAD6872711	11/04/2025	BEE-07	0,61	-1,54	-2,02
575	US-1.5	Y25SG2211963	DAD6872310	11/04/2025	BEE-07	-0,52	-1,61	-0,27
576	US-1.5	Y25SG2211964	DAD6872942	11/04/2025	BEE-07	1,00	0,32	1,49
577	US-1.5	Y25SG2211965	DAD6872190	11/04/2025	BEE-07	-0,08	-1,23	-2,89
578	US-1.5	Y25SG2211966	DAD6872632	11/04/2025	BEE-07	0,87	-0,30	0,61

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 11 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
579	US-1.5	Y25SG2211967	DAD6872693	11/04/2025	BEE-07	1,16	-0,36	0,61
580	US-1.5	Y25SG2211968	DAD6872929	11/04/2025	BEE-07	1,05	-0,35	0,67
581	US-1.5	Y25SG2211969	DAD6872887	11/04/2025	BEE-07	0,61	0,61	2,49
582	US-1.5	Y25SG2211970	DAD6872723	11/04/2025	BEE-07	0,04	-0,67	-0,07
583	US-1.5	Y25SG2211971	DAD6872024	11/04/2025	BEE-07	1,41	0,29	2,55
584	US-1.5	Y25SG2211972	DAD6872164	11/04/2025	BEE-07	0,73	0,58	0,70
585	US-1.5	Y25SG2211973	DAD6872103	11/04/2025	BEE-07	0,57	-1,09	0,70
586	US-1.5	Y25SG2211974	DAD6872309	11/04/2025	BEE-07	0,45	-0,18	3,28
587	US-1.5	Y25SG2211975	DAD6872735	11/04/2025	BEE-07	0,45	-0,59	-1,12
588	US-1.5	Y25SG2211976	DAD6872760	11/04/2025	BEE-07	0,35	0,70	0,69
589	US-1.5	Y25SG2211977	DAD6872656	11/04/2025	BEE-07	-0,01	0,38	-1,03
590	US-1.5	Y25SG2211978	DAD6872206	11/04/2025	BEE-07	1,54	0,70	2,52
591	US-1.5	Y25SG2211979	DAD6872905	11/04/2025	BEE-07	0,24	0,70	1,66
592	US-1.5	Y25SG2211980	DAD6872048	11/04/2025	BEE-07	0,91	0,38	-0,08
593	US-1.5	Y25SG2211981	DAD6872772	11/04/2025	BEE-07	-0,13	-0,93	1,67
594	US-1.5	Y25SG2211982	DAD6872784	11/04/2025	BEE-07	0,73	-0,51	1,50
595	US-1.5	Y25SG2211983	DAD6872620	11/04/2025	BEE-07	-0,80	-1,39	-0,27
596	US-1.5	Y25SG2211984	DAD6872838	11/04/2025	BEE-07	1,27	0,90	3,30
597	US-1.5	Y25SG2211985	DAD6872759	11/04/2025	BEE-07	-0,32	-1,62	-0,27
598	US-1.5	Y25SG2211986	DAD6872127	11/04/2025	BEE-07	1,18	0,67	1,51
599	US-1.5	Y25SG2211987	DAD6873004	11/04/2025	BEE-07	0,45	-1,68	-2,05
600	US-1.5	Y25SG2211988	DAD6872036	11/04/2025	BEE-07	1,49	0,31	3,29
601	US-1.5	Y25SG2211989	DAD6872747	11/04/2025	BEE-07	-0,36	0,32	1,53
602	US-1.5	Y25SG2211990	DAD6872218	11/04/2025	BEE-07	-0,91	-1,65	1,55
603	US-1.5	Y25SG2211991	DAD6872875	11/04/2025	BEE-07	1,54	0,13	2,12
604	US-1.5	Y25SG2211992	DAD6872085	11/04/2025	BEE-07	0,95	0,19	0,31
605	US-1.5	Y25SG2211993	DAD6872863	11/04/2025	BEE-07	1,67	1,16	2,01
606	US-1.5	Y25SG2211994	DAD6872814	11/04/2025	BEE-07	1,42	-0,39	-1,51
607	US-1.5	Y25SG2211995	DAD6872978	11/04/2025	BEE-07	1,48	0,55	1,12
608	US-1.5	Y25SG2211996	DAD6872991	11/04/2025	BEE-07	0,37	0,74	1,12
609	US-1.5	Y25SG2211997	DAD6872840	11/04/2025	BEE-07	0,44	-1,24	0,24
610	US-1.5	Y25SG2211998	DAD6872012	11/04/2025	BEE-07	0,81	1,22	1,14
611	US-1.5	Y25SG2211999	DAD6872073	11/04/2025	BEE-07	-0,54	-1,35	1,25
612	US-1.5	Y25SG2212000	DAD6872930	11/04/2025	BEE-07	0,87	0,91	2,03
613	US-1.5	Y25SG2212001	DAD6872980	11/04/2025	BEE-07	0,36	-0,24	0,21
614	US-1.5	Y25SG2212002	DAD6872565	11/04/2025	BEE-07	0,00	-0,21	-2,44
615	US-1.5	Y25SG2212003	DAD6872826	11/04/2025	BEE-07	1,69	0,76	0,20
616	US-1.5	Y25SG2212004	DAD6872668	11/04/2025	BEE-07	-0,14	-1,11	-1,56
617	US-1.5	Y25SG2212005	DAD6872681	11/04/2025	BEE-07	1,47	1,10	1,98
618	US-1.5	Y25SG2212006	DAD6872917	11/04/2025	BEE-07	1,08	0,46	2,01
619	US-1.5	Y25SG2212007	DAD4233322	11/04/2025	BEE-07	1,42	0,73	1,14
620	US-1.5	Y25SG2212008	DAD6865950	11/04/2025	BEE-07	0,62	-0,91	-0,55
621	US-1.5	Y25SG2212009	DAD6865998	11/04/2025	BEE-07	0,16	-1,08	2,20
622	US-1.5	Y25SG2212010	DAD6865986	11/04/2025	BEE-07	-0,53	-1,23	-0,40
623	US-1.5	Y25SG2212011	DAD6865706	11/04/2025	BEE-07	1,15	0,37	-1,28
624	US-1.5	Y25SG2212012	DAD6865962	11/04/2025	BEE-07	1,29	0,69	0,49
625	US-1.5	Y25SG2212013	DAD6865937	11/04/2025	BEE-07	0,12	-1,21	-2,17
626	US-1.5	Y25SG2212014	DAD6865457	11/04/2025	BEE-07	-0,52	-0,89	-0,49
627	US-1.5	Y25SG2212015	DAD6865949	11/04/2025	BEE-07	1,22	0,36	0,37
628	US-1.5	Y25SG2212016	DAD6865913	11/04/2025	BEE-07	0,72	-0,27	1,28
629	US-1.5	Y25SG2212017	DAD6865871	11/04/2025	BEE-07	1,13	0,67	1,26
630	US-1.5	Y25SG2212018	DAD6865846	11/04/2025	BEE-07	-0,21	-1,22	-2,29
631	US-1.5	Y25SG2212019	DAD6865974	11/04/2025	BEE-07	-0,51	0,31	1,24
632	US-1.5	Y25SG2212020	DAD6866000	11/04/2025	BEE-07	1,05	0,00	-0,25
633	US-1.5	Y25SG2212021	DAD6865925	11/04/2025	BEE-07	-0,10	0,00	0,61
634	US-1.5	Y25SG2212022	DAD6865858	11/04/2025	BEE-07	-0,23	0,00	-0,26
635	US-1.5	Y25SG2212023	DAD6865895	11/04/2025	BEE-07	0,54	-0,44	-2,01
636	US-1.5	Y25SG2212024	DAD6865860	11/04/2025	BEE-07	1,07	0,50	-0,26

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 12 de 29
									Código: FOR-48
									Revisão: 09-02/12/2024
									N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
637	US-1.5	Y25SG2212025	DAD6865445	11/04/2025	BEE-07	-0,80	-1,14	0,61	
638	US-1.5	Y25SG2212026	DAD6865639	11/04/2025	BEE-07	1,58	0,11	-0,26	
639	US-1.5	Y25SG2212027	DAD6865834	11/04/2025	BEE-07	0,49	0,43	1,49	
640	US-1.5	Y25SG2212028	DAD6865809	11/04/2025	BEE-07	0,90	1,72	3,24	
641	US-1.5	Y25SG2212029	DAD6865883	11/04/2025	BEE-07	1,72	0,76	1,45	
642	US-1.5	Y25SG2212030	DAD6865901	11/04/2025	BEE-07	0,66	-0,21	1,41	
643	US-1.5	Y25SG2212031	DAD6865548	11/04/2025	BEE-07	-0,16	-1,11	-1,08	
644	US-1.5	Y25SG2212032	DAD6865640	11/04/2025	BEE-07	1,41	0,49	-0,22	
645	US-1.5	Y25SG2212033	DAD6865810	11/04/2025	BEE-07	0,75	-0,18	1,52	
646	US-1.5	Y25SG2212034	DAD6865524	11/04/2025	BEE-07	1,55	1,07	2,39	
647	US-1.5	Y25SG2212035	DAD6865731	11/04/2025	BEE-07	0,35	0,37	-0,26	
648	US-1.5	Y25SG2212036	DAD6865718	11/04/2025	BEE-07	1,72	0,34	0,57	
649	US-1.5	Y25SG2212037	DAD6865792	11/04/2025	BEE-07	0,61	0,66	1,40	
650	US-1.5	Y25SG2212038	DAD6865690	11/04/2025	BEE-07	0,56	-1,57	-0,36	
651	US-1.5	Y25SG2212039	DAD6865780	11/04/2025	BEE-07	0,36	0,34	2,23	
652	US-1.5	Y25SG2212040	DAD6865755	11/04/2025	BEE-07	0,61	0,37	1,32	
653	US-1.5	Y25SG2212041	DAD6865688	11/04/2025	BEE-07	1,47	1,01	1,33	
654	US-1.5	Y25SG2212042	DAD6865720	11/04/2025	BEE-07	1,21	1,06	-0,68	
655	US-1.5	Y25SG2212043	DAD6865627	11/04/2025	BEE-07	0,32	0,44	1,07	
656	US-1.5	Y25SG2212044	DAD6865615	11/04/2025	BEE-07	0,89	0,45	2,01	
657	US-1.5	Y25SG2212045	DAD6865767	11/04/2025	BEE-07	0,50	-0,12	-0,58	
658	US-1.5	Y25SG2212046	DAD6865512	11/04/2025	BEE-07	-0,17	-0,75	-1,40	
659	US-1.5	Y25SG2212047	DAD6865597	11/04/2025	BEE-07	0,28	1,47	-0,50	
660	US-1.5	Y25SG2212048	DAD6865652	11/04/2025	BEE-07	0,85	-0,80	-0,45	
661	US-1.5	Y25SG2212049	DAD6865536	11/04/2025	BEE-07	1,51	0,81	2,22	
662	US-1.5	Y25SG2212050	DAD6865482	11/04/2025	BEE-07	1,15	0,49	1,35	
663	US-1.5	Y25SG2212051	DAD6865561	11/04/2025	BEE-07	0,89	0,89	1,47	
664	US-1.5	Y25SG2212052	DAD6865573	11/04/2025	BEE-07	1,15	-1,31	-1,89	
665	US-1.5	Y25SG2212053	DAD6865585	11/04/2025	BEE-07	1,12	-0,05	-1,00	
666	US-1.5	Y25SG2212054	DAD6865743	11/04/2025	BEE-07	0,89	0,28	-0,14	
667	US-1.5	Y25SG2212055	DAD6865779	11/04/2025	BEE-07	1,11	-0,14	2,39	
668	US-1.5	Y25SG2212056	DAD6865664	11/04/2025	BEE-07	0,51	-0,57	0,65	
669	US-1.5	Y25SG2212057	DAD6865676	11/04/2025	BEE-07	1,30	-0,06	2,39	
670	US-1.5	Y25SG2212058	DAD6865603	11/04/2025	BEE-07	1,16	0,08	-0,25	
671	US-1.5	Y25SG2212059	DAD6865494	11/04/2025	BEE-07	0,81	-0,31	0,65	
672	US-1.5	Y25SG2212060	DAD6865550	11/04/2025	BEE-07	1,16	0,94	3,27	
673	US-1.5	Y25SG2212061	DAD6865196	11/04/2025	BEE-07	-0,61	-1,02	-1,21	
674	US-1.5	Y25SG2212062	DAD6865172	11/04/2025	BEE-07	1,26	0,76	-0,35	
675	US-1.5	Y25SG2212063	DAD6865123	11/04/2025	BEE-07	0,24	-0,50	0,53	
676	US-1.5	Y25SG2212064	DAD6865226	11/04/2025	BEE-07	0,53	-1,14	1,41	
677	US-1.5	Y25SG2212065	DAD6865111	11/04/2025	BEE-07	-0,16	-0,48	0,53	
678	US-1.5	Y25SG2212066	DAD6865214	11/04/2025	BEE-07	0,18	-0,47	-0,36	
679	US-1.5	Y25SG2212067	DAD6865275	11/04/2025	BEE-07	0,97	0,70	2,30	
680	US-1.5	Y25SG2212068	DAD6865135	11/04/2025	BEE-07	1,43	0,55	2,10	
681	US-1.5	Y25SG2212069	DAD6865366	11/04/2025	BEE-07	1,12	0,61	2,95	
682	US-1.5	Y25SG2212070	DAD6865159	11/04/2025	BEE-07	1,65	0,98	1,20	
683	US-1.5	Y25SG2212071	DAD6865160	11/04/2025	BEE-07	0,90	1,01	3,75	
684	US-1.5	Y25SG2212072	DAD6865147	11/04/2025	BEE-07	0,90	1,69	3,76	
685	US-1.5	Y25SG2212073	DAD6865020	11/04/2025	BEE-07	1,13	-0,62	1,14	
686	US-1.5	Y25SG2212074	DAD6865238	11/04/2025	BEE-07	0,36	0,36	2,79	
687	US-1.5	Y25SG2212075	DAD6865263	11/04/2025	BEE-07	1,58	0,69	1,91	
688	US-1.5	Y25SG2212076	DAD6865391	11/04/2025	BEE-07	1,01	0,29	3,59	
689	US-1.5	Y25SG2212077	DAD6865330	11/04/2025	BEE-07	0,85	1,21	3,59	
690	US-1.5	Y25SG2212078	DAD6865378	11/04/2025	BEE-07	0,67	-0,69	1,42	
691	US-1.5	Y25SG2212079	DAD6865408	11/04/2025	BEE-07	1,16	-0,39	1,44	
692	US-1.5	Y25SG2212080	DAD6865070	11/04/2025	BEE-07	0,84	0,57	1,47	
693	US-1.5	Y25SG2212081	DAD6865354	11/04/2025	BEE-07	0,32	0,33	3,24	
694	US-1.5	Y25SG2212082	DAD6865240	11/04/2025	BEE-07	-0,84	-1,67	-2,10	

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 13 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
695	US-1.5	Y25SG2212083	DAD6865342	11/04/2025	BEE-07	0,76	-0,65	-0,32
696	US-1.5	Y25SG2212084	DAD6865251	11/04/2025	BEE-07	1,53	0,73	0,57
697	US-1.5	Y25SG2212085	DAD6865470	11/04/2025	BEE-07	-0,83	-1,45	0,50
698	US-1.5	Y25SG2212086	DAD6865433	11/04/2025	BEE-07	1,20	0,16	1,08
699	US-1.5	Y25SG2212087	DAD6865329	11/04/2025	BEE-07	-0,20	-0,54	0,28
700	US-1.5	Y25SG2212088	DAD6865287	11/04/2025	BEE-07	-1,12	-0,90	0,34
701	US-1.5	Y25SG2212089	DAD6865305	11/04/2025	BEE-07	0,47	-1,20	-2,22
702	US-1.5	Y25SG2212090	DAD6865469	11/04/2025	BEE-07	0,61	0,20	1,27
703	US-1.5	Y25SG2212091	DAD6865202	11/04/2025	BEE-07	-0,03	0,21	1,27
704	US-1.5	Y25SG2212092	DAD6865044	11/04/2025	BEE-07	1,22	1,21	1,28
705	US-1.5	Y25SG2212093	DAD6865500	11/04/2025	BEE-07	0,55	1,54	2,14
706	US-1.5	Y25SG2212094	DAD6865421	11/04/2025	BEE-07	0,61	0,55	3,01
707	US-1.5	Y25SG2212095	DAD5500538	11/04/2025	BEE-07	1,63	-0,12	2,14
708	US-1.5	Y25SG2212096	DAD6865081	11/04/2025	BEE-07	0,30	0,88	1,27
709	US-1.5	Y25SG2212097	DAD6865100	11/04/2025	BEE-07	-0,64	-0,45	0,38
710	US-1.5	Y25SG2212098	DAD6865093	11/04/2025	BEE-07	0,57	-0,55	0,79
711	US-1.5	Y25SG2212099	DAD6865019	11/04/2025	BEE-07	1,02	-0,19	1,67
712	US-1.5	Y25SG2212100	DAD6865317	11/04/2025	BEE-07	0,16	-0,81	0,78
713	US-1.5	Y25SG2212101	DAD6865056	11/04/2025	BEE-07	-0,59	-0,44	-0,95
714	US-1.5	Y25SG2212102	DAD6865068	11/04/2025	BEE-07	0,43	-0,37	-1,84
715	US-1.5	Y25SG2212103	DAD6865032	11/04/2025	BEE-07	1,12	1,28	2,40
716	US-1.5	Y25SG2212104	DAD6866917	11/04/2025	BEE-07	0,91	0,96	-0,08
717	US-1.5	Y25SG2212105	DAD6866826	11/04/2025	BEE-07	0,58	-1,00	-1,01
718	US-1.5	Y25SG2212106	DAD6866954	11/04/2025	BEE-07	0,52	1,48	1,53
719	US-1.5	Y25SG2212107	DAD6865299	11/04/2025	BEE-07	1,34	0,83	2,40
720	US-1.5	Y25SG2212108	DAD6865410	11/04/2025	BEE-07	0,17	0,83	1,53
721	US-1.5	Y25SG2212109	DAD6866565	11/04/2025	BEE-07	-0,44	-1,50	-1,02
722	US-1.5	Y25SG2212110	DAD6866930	11/04/2025	BEE-07	-0,19	-0,85	-0,13
723	US-1.5	Y25SG2212111	DAD6866840	11/04/2025	BEE-07	1,63	-0,20	0,74
724	US-1.5	Y25SG2212112	DAD6866980	11/04/2025	BEE-07	1,14	1,10	2,50
725	US-1.5	Y25SG2212113	DAD6866012	11/04/2025	BEE-07	1,30	0,12	-1,88
726	US-1.5	Y25SG2212114	DAD6866723	11/04/2025	BEE-07	0,16	0,77	0,74
727	US-1.5	Y25SG2212115	DAD6866530	11/04/2025	BEE-07	0,79	0,12	-0,13
728	US-1.5	Y25SG2212116	DAD6866759	11/04/2025	BEE-07	0,50	0,29	3,31
729	US-1.5	Y25SG2212117	DAD6866735	11/04/2025	BEE-07	0,50	-0,40	0,63
730	US-1.5	Y25SG2212118	DAD6866280	11/04/2025	BEE-07	-0,33	-1,06	-1,15
731	US-1.5	Y25SG2212119	DAD6866541	11/04/2025	BEE-07	1,28	1,15	2,30
732	US-1.5	Y25SG2212120	DAD6866437	11/04/2025	BEE-07	-0,06	-1,54	1,06
733	US-1.5	Y25SG2212121	DAD6866991	11/04/2025	BEE-07	0,75	0,45	1,06
734	US-1.5	Y25SG2212122	DAD6866966	11/04/2025	BEE-07	0,35	1,14	4,06
735	US-1.5	Y25SG2212123	DAD6866668	11/04/2025	BEE-07	0,70	1,34	1,95
736	US-1.5	Y25SG2212124	DAD6866863	11/04/2025	BEE-07	0,34	0,33	1,95
737	US-1.5	Y25SG2212125	DAD6867004	11/04/2025	BEE-07	1,61	1,66	2,40
738	US-1.5	Y25SG2212126	DAD6866747	11/04/2025	BEE-07	1,25	0,34	0,18
739	US-1.5	Y25SG2212127	DAD6866589	11/04/2025	BEE-07	-0,06	-0,32	0,13
740	US-1.5	Y25SG2212128	DAD6866152	11/04/2025	BEE-07	0,05	-0,32	1,02
741	US-1.5	Y25SG2212129	DAD6866814	11/04/2025	BEE-07	-0,20	-0,99	-1,64
742	US-1.5	Y25SG2212130	DAD6866024	11/04/2025	BEE-07	0,27	-0,33	1,90
743	US-1.5	Y25SG2212131	DAD6866279	11/04/2025	BEE-07	0,49	-0,37	-0,54
744	US-1.5	Y25SG2212132	DAD6866395	11/04/2025	BEE-07	0,70	0,29	1,19
745	US-1.5	Y25SG2212133	DAD6866190	11/04/2025	BEE-07	0,69	0,62	1,20
746	US-1.5	Y25SG2212134	DAD6866875	11/04/2025	BEE-07	-0,40	-1,71	-0,53
747	US-1.5	Y25SG2212135	DAD6866887	11/04/2025	BEE-07	-0,35	-1,38	-0,53
748	US-1.5	Y25SG2212136	DAD6866450	11/04/2025	BEE-07	0,80	0,29	1,16
749	US-1.5	Y25SG2212137	DAD6866711	11/04/2025	BEE-07	-0,19	0,30	1,96
750	US-1.5	Y25SG2212138	DAD6866553	11/04/2025	BEE-07	-0,48	-0,69	0,19
751	US-1.5	Y25SG2212139	DAD6866670	11/04/2025	BEE-07	0,13	1,54	3,92
752	US-1.5	Y25SG2212140	DAD6866681	11/04/2025	BEE-07	1,15	1,15	2,21

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 14 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
753	US-1.5	Y25SG2212141	DAD6866784	11/04/2025	BEE-07	0,12	-0,26	3,05
754	US-1.5	Y25SG2212142	DAD6866656	11/04/2025	BEE-07	-0,13	-1,28	-0,50
755	US-1.5	Y25SG2212143	DAD6866796	11/04/2025	BEE-07	-0,98	-0,61	2,16
756	US-1.5	Y25SG2212144	DAD6866760	11/04/2025	BEE-07	0,11	-0,28	-3,09
757	US-1.5	Y25SG2212145	DAD6866905	11/04/2025	BEE-07	0,32	-0,60	-1,29
758	US-1.5	Y25SG2212146	DAD6866360	11/04/2025	BEE-07	1,69	1,06	2,25
759	US-1.5	Y25SG2212147	DAD6866115	11/04/2025	BEE-07	0,47	-0,27	1,42
760	US-1.5	Y25SG2212148	DAD6866371	11/04/2025	BEE-07	-0,25	-0,94	1,44
761	US-1.5	Y25SG2212149	DAD6866243	11/04/2025	BEE-07	1,15	0,77	1,97
762	US-1.5	Y25SG2212150	DAD6866619	11/04/2025	BEE-07	0,39	-0,90	-0,69
763	US-1.5	Y25SG2212151	DAD6866978	11/04/2025	BEE-07	0,74	-0,90	0,19
764	US-1.5	Y25SG2212152	DAD6866632	11/04/2025	BEE-07	1,19	0,90	2,78
765	US-1.5	Y25SG2212153	DAD6866516	11/04/2025	BEE-07	1,13	0,90	2,75
766	US-1.5	Y25SG2212154	DAD6866292	11/04/2025	BEE-07	1,44	-0,31	-0,78
767	US-1.5	Y25SG2212155	DAD6866693	11/04/2025	BEE-07	0,32	0,60	1,06
768	US-1.5	Y25SG2212156	DAD6866528	11/04/2025	BEE-07	0,11	-0,07	1,95
769	US-1.5	Y25SG2212157	DAD6866255	11/04/2025	BEE-07	1,59	0,60	1,95
770	US-1.5	Y25SG2212158	DAD6866700	11/04/2025	BEE-07	-0,10	-1,40	1,04
771	US-1.5	Y25SG2212159	DAD6866620	11/04/2025	BEE-07	0,29	-1,07	1,04
772	US-1.5	Y25SG2212160	DAD6866802	11/04/2025	BEE-07	0,51	0,06	2,97
773	US-1.5	Y25SG2212161	DAD6866899	11/04/2025	BEE-07	-0,28	-0,04	-4,38
774	US-1.5	Y25SG2212162	DAD6866644	11/04/2025	BEE-07	-1,01	-1,40	4,24
775	US-1.5	Y25SG2212163	DAD6866310	11/04/2025	BEE-07	-0,40	-0,37	3,79
776	US-1.5	Y25SG2212164	DAD6866449	11/04/2025	BEE-07	-0,72	-1,03	-1,15
777	US-1.5	Y25SG2212165	DAD6866140	11/04/2025	BEE-07	0,68	0,98	1,16
778	US-1.5	Y25SG2212166	DAD6866607	11/04/2025	BEE-07	1,02	1,64	0,17
779	US-1.5	Y25SG2212167	DAD6866772	11/04/2025	BEE-07	-0,23	-1,31	0,45
780	US-1.5	Y25SG2212168	DAD6866267	11/04/2025	BEE-07	0,31	0,34	3,15
781	US-1.5	Y25SG2212169	DAD6866401	11/04/2025	BEE-07	-0,92	-0,28	-0,93
782	US-1.5	Y25SG2212170	DAD6866036	11/04/2025	BEE-07	0,89	0,70	-3,59
783	US-1.5	Y25SG2212171	DAD6866231	11/04/2025	BEE-07	0,28	-0,72	-4,29
784	US-1.5	Y25SG2212172	DAD6866097	11/04/2025	BEE-07	-0,23	-0,05	1,48
785	US-1.5	Y25SG2212173	DAD6866073	11/04/2025	BEE-07	-0,33	-1,72	1,96
786	US-1.5	Y25SG2212174	DAD6866309	11/04/2025	BEE-07	0,62	-0,39	-1,40
787	US-1.5	Y25SG2212175	DAD6866577	11/04/2025	BEE-07	0,89	0,54	2,53
788	US-1.5	Y25SG2212176	DAD6866218	11/04/2025	BEE-07	0,38	-0,38	-3,18
789	US-1.5	Y25SG2212177	DAD6866220	11/04/2025	BEE-07	0,33	0,00	-2,36
790	US-1.5	Y25SG2212178	DAD6866085	11/04/2025	BEE-07	-0,38	-0,96	4,39
791	US-1.5	Y25SG2212179	DAD6866322	11/04/2025	BEE-07	0,92	-1,25	-1,57
792	US-1.5	Y25SG2212180	DAD6866590	11/04/2025	BEE-07	1,19	-0,50	-0,01
793	US-1.5	Y25SG2212181	DAD6866127	11/04/2025	BEE-07	0,22	0,78	-2,77
794	US-1.5	Y25SG2212182	DAD6866334	11/04/2025	BEE-07	0,33	0,15	3,77
795	US-1.5	Y25SG2212183	DAD6866504	11/04/2025	BEE-07	1,15	0,14	3,94
796	US-1.5	Y25SG2212184	DAD6866474	11/04/2025	BEE-07	0,63	-0,20	3,47
797	US-1.5	Y25SG2212185	DAD6866462	11/04/2025	BEE-07	0,06	0,73	-3,80
798	US-1.5	Y25SG2212186	DAD6866413	11/04/2025	BEE-07	0,00	0,39	-4,04
799	US-1.5	Y25SG2212187	DAD6866048	11/04/2025	BEE-07	-0,94	-1,25	1,03
800	US-1.5	Y25SG2212188	DAD6866188	11/04/2025	BEE-07	0,57	-0,96	-3,19
801	US-1.5	Y25SG2212189	DAD6866929	11/04/2025	BEE-07	1,38	0,61	1,95
802	US-1.5	Y25SG2212190	DAD6866838	11/04/2025	BEE-07	1,09	0,21	2,09
803	US-1.5	Y25SG2212191	DAD6866176	11/04/2025	BEE-07	0,82	-1,41	-2,68
804	US-1.5	Y25SG2212192	DAD6866061	11/04/2025	BEE-07	-1,12	-0,46	0,77
805	US-1.5	Y25SG2212193	DAD6866346	11/04/2025	BEE-07	0,65	-0,14	0,81
806	US-1.5	Y25SG2212194	DAD6866103	11/04/2025	BEE-07	-0,38	-0,15	-0,49
807	US-1.5	Y25SG2212195	DAD6866139	11/04/2025	BEE-07	1,05	0,80	-0,62
808	US-1.5	Y25SG2212196	DAD6866358	11/04/2025	BEE-07	0,56	0,46	1,69
809	US-1.5	Y25SG2212197	DAD6866164	11/04/2025	BEE-07	1,06	0,77	-2,38
810	US-1.5	Y25SG2212198	DAD6866486	11/04/2025	BEE-07	0,42	-0,21	0,74

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 15 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
811	US-1.5	Y25SG2212199	DAD6866851	11/04/2025	BEE-07	0,50	-0,55	1,09
812	US-1.5	Y25SG2212200	DAD6866050	11/04/2025	BEE-07	-0,74	-0,90	1,19
813	US-1.5	Y25SG2212201	DAD6866383	11/04/2025	BEE-07	0,54	0,34	-0,17
814	US-1.5	Y25SG2212202	DAD6866498	11/04/2025	BEE-07	-1,15	0,06	3,43
815	US-1.5	Y25SG2212203	DAD4242750	11/04/2025	BEE-07	-0,20	-1,25	-2,69
816	US-1.5	Y25SG2212204	DAD4242979	11/04/2025	BEE-07	-0,10	0,06	-3,40
817	US-1.5	Y25SG2212205	DAD4242293	11/04/2025	BEE-07	-0,28	-0,92	-2,18
818	US-1.5	Y25SG2212206	DAD4242177	11/04/2025	BEE-07	-0,01	-0,93	-2,42
819	US-1.5	Y25SG2212207	DAD6866206	11/04/2025	BEE-07	-0,37	-0,60	-1,30
820	US-1.5	Y25SG2212208	DAD4242475	11/04/2025	BEE-07	-0,45	-1,25	0,04
821	US-1.5	Y25SG2212209	DAD4242451	11/04/2025	BEE-07	0,37	0,07	1,97
822	US-1.5	Y25SG2212210	DAD4242190	11/04/2025	BEE-07	1,44	1,38	0,74
823	US-1.5	Y25SG2212211	DAD4242712	11/04/2025	BEE-07	0,32	0,06	0,03
824	US-1.5	Y25SG2212212	DAD4242402	11/04/2025	BEE-07	1,28	1,38	-2,89
825	US-1.5	Y25SG2212213	DAD4242797	11/04/2025	BEE-07	-0,32	-0,21	-0,33
826	US-1.5	Y25SG2212214	DAD4242554	11/04/2025	BEE-07	-0,60	-1,55	0,72
827	US-1.5	Y25SG2212215	DAD4242657	11/04/2025	BEE-07	-0,94	-0,23	3,37
828	US-1.5	Y25SG2212216	DAD4242931	11/04/2025	BEE-07	1,06	1,09	-3,30
829	US-1.5	Y25SG2212217	DAD4242888	11/04/2025	BEE-07	-0,15	-1,56	2,05
830	US-1.5	Y25SG2212218	DAD4242487	11/04/2025	BEE-07	0,25	-0,86	-3,29
831	US-1.5	Y25SG2212219	DAD4242591	11/04/2025	BEE-07	0,55	-0,38	1,82
832	US-1.5	Y25SG2212220	DAD4242384	11/04/2025	BEE-07	0,87	0,95	-1,76
833	US-1.5	Y25SG2212221	DAD4242815	11/04/2025	BEE-07	1,22	1,28	-2,81
834	US-1.5	Y25SG2212222	DAD4242580	11/04/2025	BEE-07	0,06	0,17	-1,75
835	US-1.5	Y25SG2212223	DAD4242128	11/04/2025	BEE-07	-0,30	-0,10	-2,05
836	US-1.5	Y25SG2212224	DAD4242207	11/04/2025	BEE-07	0,65	1,65	1,48
837	US-1.5	Y25SG2212225	DAD4242621	11/04/2025	BEE-07	0,33	0,69	3,57
838	US-1.5	Y25SG2212226	DAD4242050	11/04/2025	BEE-07	-0,43	0,08	0,00
839	US-1.5	Y25SG2212227	DAD4242955	11/04/2025	BEE-07	1,33	1,41	-0,67
840	US-1.5	Y25SG2212228	DAD4242219	11/04/2025	BEE-07	0,98	1,05	2,44
841	US-1.5	Y25SG2212229	DAD4242359	11/04/2025	BEE-07	-0,61	-1,44	-1,43
842	US-1.5	Y25SG2212230	DAD5500794	11/04/2025	BEE-07	-1,00	-0,45	3,69
843	US-1.5	Y25SG2212231	DAD5500654	11/04/2025	BEE-07	-0,43	-1,11	-4,22
844	US-1.5	Y25SG2212232	DAD5500757	11/04/2025	BEE-07	-0,66	-0,45	1,13
845	US-1.5	Y25SG2212233	DAD5500976	11/04/2025	BEE-07	0,09	-0,74	-2,10
846	US-1.5	Y25SG2212234	DAD5500927	11/04/2025	BEE-07	0,77	0,00	-3,92
847	US-1.5	Y25SG2212235	DAD5500848	11/04/2025	BEE-07	0,87	1,66	2,89
848	US-1.5	Y25SG2212236	DAD5500708	11/04/2025	BEE-07	-0,46	-1,65	0,42
849	US-1.5	Y25SG2212237	DAD5500861	11/04/2025	BEE-07	0,35	0,00	-3,33
850	US-1.5	Y25SG2212238	DAD5500605	11/04/2025	BEE-07	-1,39	-1,32	-2,24
851	US-1.5	Y25SG2212239	DAD5500988	11/04/2025	BEE-07	-0,90	0,00	4,39
852	US-1.5	Y25SG2212240	DAD5500885	11/04/2025	BEE-07	-0,55	-0,32	-3,42
853	US-1.5	Y25SG2212241	DAD5500319	11/04/2025	BEE-07	1,54	1,02	0,28
854	US-1.5	Y25SG2212242	DAD4242270	11/04/2025	BEE-07	0,58	1,07	-3,19
855	US-1.5	Y25SG2212243	DAD5500253	11/04/2025	BEE-07	0,10	-1,46	1,51
856	US-1.5	Y25SG2212244	DAD5500903	11/04/2025	BEE-07	1,22	0,19	-0,28
857	US-1.5	Y25SG2212245	DAD5500551	11/04/2025	BEE-07	0,67	0,83	2,01
858	US-1.5	Y25SG2212246	DAD5500629	11/04/2025	BEE-07	0,06	-1,41	3,14
859	US-1.5	Y25SG2212247	DAD5500095	11/04/2025	BEE-07	0,67	0,18	0,64
860	US-1.5	Y25SG2212248	DAD5500060	11/04/2025	BEE-07	-0,14	-0,15	3,73
861	US-1.5	Y25SG2212249	DAD5500964	11/04/2025	BEE-07	-0,29	0,11	0,43
862	US-1.5	Y25SG2212250	DAD5500496	11/04/2025	BEE-07	0,07	-0,23	-3,92
863	US-1.5	Y25SG2212251	DAD5500540	11/04/2025	BEE-07	1,16	-0,88	1,39
864	US-1.5	Y25SG2212252	DAD5500617	11/04/2025	BEE-07	1,11	0,53	3,66
865	US-1.5	Y25SG2212253	DAD5500678	11/04/2025	BEE-07	0,60	-0,06	0,70
866	US-1.5	Y25SG2212254	DAD5500022	11/04/2025	BEE-07	1,61	0,29	-0,64
867	US-1.5	Y25SG2212255	DAD5500368	11/04/2025	BEE-07	-0,39	-0,33	2,60
868	US-1.5	Y25SG2212256	DAD5500046	11/04/2025	BEE-07	-0,79	-1,25	-3,18

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 16 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
869	US-1.5	Y25SG2212257	DAD5500691	11/04/2025	BEE-07	-0,06	0,38	-0,39
870	US-1.5	Y25SG2212258	DAD5500083	11/04/2025	BEE-07	-0,48	-0,30	0,64
871	US-1.5	Y25SG2212259	DAD5500502	11/04/2025	BEE-07	0,15	-1,63	1,54
872	US-1.5	Y25SG2212260	DAD5500186	11/04/2025	BEE-07	-0,90	0,08	-0,28
873	US-1.5	Y25SG2212261	DAD5500423	11/04/2025	BEE-07	0,27	-0,60	2,14
874	US-1.5	Y25SG2212262	DAD5500320	11/04/2025	BEE-07	1,60	0,68	-2,60
875	US-1.5	Y25SG2212263	DAD5500824	11/04/2025	BEE-07	-0,01	-0,94	2,73
876	US-1.5	Y25SG2212264	DAD5500307	11/04/2025	BEE-07	0,75	1,01	-2,55
877	US-1.5	Y25SG2212265	DAD4242013	11/04/2025	BEE-07	1,37	1,66	-1,34
878	US-1.5	Y25SG2212266	DAD4242578	11/04/2025	BEE-07	0,21	-0,61	-4,22
879	US-1.5	Y25SG2212267	DAD5500666	11/04/2025	BEE-07	0,71	-1,27	-2,57
880	US-1.5	Y25SG2212268	DAD5500356	11/04/2025	BEE-07	1,10	1,22	-0,85
881	US-1.5	Y25SG2212269	DAD5500897	11/04/2025	BEE-07	0,02	-0,13	0,05
882	US-1.5	Y25SG2212270	DAD5500230	11/04/2025	BEE-07	0,65	0,12	1,45
883	US-1.5	Y25SG2212271	DAD5500484	11/04/2025	BEE-07	-0,22	0,42	3,26
884	US-1.5	Y25SG2212272	DAD5500149	11/04/2025	BEE-07	0,86	0,72	2,46
885	US-1.5	Y25SG2212273	DAD5500370	11/04/2025	BEE-07	0,75	1,40	3,44
886	US-1.5	Y25SG2212274	DAD5500630	11/04/2025	BEE-07	1,22	1,43	-4,44
887	US-1.5	Y25SG2212275	DAD5500162	11/04/2025	BEE-07	1,07	1,42	-3,30
888	US-1.5	Y25SG2212276	DAD5500150	11/04/2025	BEE-07	0,92	1,38	0,57
889	US-1.5	Y25SG2212277	DAD4242323	11/04/2025	BEE-07	-0,65	-1,22	-1,82
890	US-1.5	Y25SG2212278	DAD5500228	11/04/2025	BEE-07	0,99	0,06	2,97
891	US-1.5	Y25SG2212279	DAD5500034	11/04/2025	BEE-07	-0,05	-1,52	-1,53
892	US-1.5	Y25SG2212280	DAD5500680	11/04/2025	BEE-07	1,37	0,54	2,92
893	US-1.5	Y25SG2212281	DAD5500812	11/04/2025	BEE-07	0,90	1,52	3,68
894	US-1.5	Y25SG2212282	DAD5500526	11/04/2025	BEE-07	1,31	0,50	-1,59
895	US-1.5	Y25SG2212283	DAD4242463	11/04/2025	BEE-07	0,81	0,15	0,56
896	US-1.5	Y25SG2212284	DAD4242610	11/04/2025	BEE-07	0,09	-0,55	-2,03
897	US-1.5	Y25SG2212285	DAD5501002	11/04/2025	BEE-07	0,68	0,43	-1,26
898	US-1.5	Y25SG2212286	DAD4242566	11/04/2025	BEE-07	1,08	-0,22	-3,30
899	US-1.5	Y25SG2212287	DAD4242116	11/04/2025	BEE-07	1,42	0,81	-4,44
900	US-1.5	Y25SG2212288	DAD5500137	11/04/2025	BEE-07	0,21	-1,10	-3,40
901	US-1.5	Y25SG2212289	DAD5500393	11/04/2025	BEE-07	1,74	0,49	-3,38
902	US-1.5	Y25SG2212290	DAD5500836	11/04/2025	BEE-07	-0,26	-0,15	1,73
903	US-1.5	Y25SG2212291	DAD5500952	11/04/2025	BEE-07	1,16	1,13	-0,72
904	US-1.5	Y25SG2212292	DAD5500204	11/04/2025	BEE-07	-0,35	-0,79	-3,56
905	US-1.5	Y25SG2212293	DAD5500769	11/04/2025	BEE-07	0,90	1,73	4,06
906	US-1.5	Y25SG2212294	DAD4242633	11/04/2025	BEE-07	0,01	-1,44	0,33
907	US-1.5	Y25SG2212295	DAD5500459	11/04/2025	BEE-07	0,33	-0,42	-2,61
908	US-1.5	Y25SG2212296	DAD4242300	11/04/2025	BEE-07	0,17	-1,13	2,40
909	US-1.5	Y25SG2212297	DAD4242220	11/04/2025	BEE-07	-0,66	-1,46	-1,91
910	US-1.5	Y25SG2212298	DAD5500733	11/04/2025	BEE-07	-1,09	-0,77	-1,81
911	US-1.5	Y25SG2212299	DAD4242724	11/04/2025	BEE-07	0,58	1,51	-4,13
912	US-1.5	Y25SG2212300	DAD5500290	11/04/2025	BEE-07	0,97	0,90	-1,98
913	US-1.5	Y25SG2212301	DAD5500460	11/04/2025	BEE-07	0,80	0,57	-1,57
914	US-1.5	Y25SG2212302	DAD4242827	11/04/2025	BEE-07	0,98	0,35	0,59
915	US-1.5	Y25SG2212303	DAD5500435	11/04/2025	BEE-07	-0,59	-1,52	-2,39
916	US-1.5	Y25SG2212304	DAD4242803	11/04/2025	BEE-07	1,45	1,61	-0,34
917	US-1.5	Y25SG2212305	DAD4242694	11/04/2025	BEE-07	-1,29	-1,68	1,44
918	US-1.5	Y25SG2212306	DAD5500721	11/04/2025	BEE-07	-1,39	-1,03	-1,78
919	US-1.5	Y25SG2212307	DAD4242992	11/04/2025	BEE-07	1,16	0,94	2,62
920	US-1.5	Y25SG2212308	DAD4242967	11/04/2025	BEE-07	0,37	0,61	-3,79
921	US-1.5	Y25SG2212309	DAD4242529	11/04/2025	BEE-07	0,46	0,28	0,60
922	US-1.5	Y25SG2212310	DAD5500071	11/04/2025	BEE-07	0,06	-0,05	-2,06
923	US-1.5	Y25SG2212311	DAD4242104	11/04/2025	BEE-07	0,06	-0,71	-2,96
924	US-1.5	Y25SG2212312	DAD4242840	11/04/2025	BEE-07	0,89	-0,06	-2,80
925	US-1.5	Y25SG2212313	DAD5500265	11/04/2025	BEE-07	-0,40	0,61	2,86
926	US-1.5	Y25SG2212314	DAD4242980	11/04/2025	BEE-07	0,55	-0,80	3,38

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 17 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
927	US-1.5	Y25SG2212315	DAD4242736	11/04/2025	BEE-07	1,46	0,88	-3,54
928	US-1.5	Y25SG2212316	DAD5500782	11/04/2025	BEE-07	-0,34	-0,77	3,09
929	US-1.5	Y25SG2212317	DAD4242517	11/04/2025	BEE-07	-0,47	-0,43	-0,48
930	US-1.5	Y25SG2212318	DAD4242414	11/04/2025	BEE-07	0,09	-0,76	3,47
931	US-1.5	Y25SG2212319	DAD5500745	11/04/2025	BEE-07	0,21	-0,76	-3,89
932	US-1.5	Y25SG2212320	DAD4242232	11/04/2025	BEE-07	1,38	-0,11	0,19
933	US-1.5	Y25SG2212321	DAD5500575	11/04/2025	BEE-07	0,30	0,22	-2,60
934	US-1.5	Y25SG2212322	DAD5500332	11/04/2025	BEE-07	0,51	-0,44	-3,25
935	US-1.5	Y25SG2212323	DAD4242876	11/04/2025	BEE-07	0,02	-0,25	3,69
936	US-1.5	Y25SG2212324	DAD5500873	11/04/2025	BEE-07	1,15	-0,56	-1,77
937	US-1.5	Y25SG2212325	DAD4242918	11/04/2025	BEE-07	-0,01	0,43	4,02
938	US-1.5	Y25SG2212326	DAD5497497	11/04/2025	BEE-07	0,98	0,10	2,73
939	US-1.5	Y25SG2212327	DAD5497898	11/04/2025	BEE-07	0,29	-0,23	-0,21
940	US-1.5	Y25SG2212328	DAD5497503	11/04/2025	BEE-07	1,16	1,08	-2,92
941	US-1.5	Y25SG2212329	DAD5497953	11/04/2025	BEE-07	0,37	-0,23	2,38
942	US-1.5	Y25SG2212330	DAD5497746	11/04/2025	BEE-07	-0,76	0,09	-0,44
943	US-1.5	Y25SG2212331	DAD5497941	11/04/2025	BEE-07	0,16	-0,24	1,90
944	US-1.5	Y25SG2212332	DAD5497928	11/04/2025	BEE-07	-0,44	-0,82	0,49
945	US-1.5	Y25SG2212333	DAD5497485	11/04/2025	BEE-07	1,64	0,45	-3,91
946	US-1.5	Y25SG2212334	DAD5497758	11/04/2025	BEE-07	0,72	-0,18	-1,92
947	US-1.5	Y25SG2212335	DAD5497874	11/04/2025	BEE-07	0,12	-0,18	3,02
948	US-1.5	Y25SG2212336	DAD5497850	11/04/2025	BEE-07	0,58	0,14	-1,64
949	US-1.5	Y25SG2212337	DAD5497801	11/04/2025	BEE-07	-0,84	-1,13	3,09
950	US-1.5	Y25SG2212338	DAD5497837	11/04/2025	BEE-07	-0,72	-1,14	1,88
951	US-1.5	Y25SG2212339	DAD5497862	11/04/2025	BEE-07	0,07	0,13	1,67
952	US-1.5	Y25SG2212340	DAD5497989	11/04/2025	BEE-07	1,33	-0,51	0,89
953	US-1.5	Y25SG2212341	DAD5497527	11/04/2025	BEE-07	0,99	-0,19	0,20
954	US-1.5	Y25SG2212342	DAD5497916	11/04/2025	BEE-07	-0,22	-0,20	-3,92
955	US-1.5	Y25SG2212343	DAD5497722	11/04/2025	BEE-07	1,24	0,89	3,20
956	US-1.5	Y25SG2212344	DAD5497370	11/04/2025	BEE-07	1,53	0,98	-3,23
957	US-1.5	Y25SG2212345	DAD5497072	11/04/2025	BEE-07	0,49	-0,70	3,74
958	US-1.5	Y25SG2212346	DAD5497084	11/04/2025	BEE-07	0,48	1,66	0,05
959	US-1.5	Y25SG2212347	DAD5497813	11/04/2025	BEE-07	0,92	-1,29	0,95
960	US-1.5	Y25SG2212348	DAD5497977	11/04/2025	BEE-07	0,77	0,09	-1,31
961	US-1.5	Y25SG2212349	DAD5497618	11/04/2025	BEE-07	1,66	0,82	-1,31
962	US-1.5	Y25SG2212350	DAD5497138	11/04/2025	BEE-07	0,40	0,60	-4,17
963	US-1.5	Y25SG2212351	DAD5497369	11/04/2025	BEE-07	0,15	-1,06	-2,45
964	US-1.5	Y25SG2212352	DAD5497436	11/04/2025	BEE-07	0,50	1,28	1,20
965	US-1.5	Y25SG2212353	DAD5497990	11/04/2025	BEE-07	-0,63	-1,59	-3,88
966	US-1.5	Y25SG2212354	DAD5497242	11/04/2025	BEE-07	0,06	0,05	3,03
967	US-1.5	Y25SG2212355	DAD5497886	11/04/2025	BEE-07	0,13	0,05	3,47
968	US-1.5	Y25SG2212356	DAD5497667	11/04/2025	BEE-07	-0,41	-0,45	0,49
969	US-1.5	Y25SG2212357	DAD5497217	11/04/2025	BEE-07	-0,08	-1,35	-0,74
970	US-1.5	Y25SG2212358	DAD5497965	11/04/2025	BEE-07	0,76	0,21	-2,19
971	US-1.5	Y25SG2212359	DAD5497126	11/04/2025	BEE-07	1,36	0,54	0,92
972	US-1.5	Y25SG2212360	DAD5497266	11/04/2025	BEE-07	-0,18	-0,44	2,29
973	US-1.5	Y25SG2212361	DAD5497552	11/04/2025	BEE-07	-0,92	-0,18	-2,45
974	US-1.5	Y25SG2212362	DAD5497515	11/04/2025	BEE-07	-0,05	-1,29	0,85
975	US-1.5	Y25SG2212363	DAD5497102	11/04/2025	BEE-07	0,87	0,02	-3,37
976	US-1.5	Y25SG2212364	DAD5497424	11/04/2025	BEE-07	0,68	-0,30	1,32
977	US-1.5	Y25SG2212365	DAD5498003	11/04/2025	BEE-07	-1,53	-1,28	-0,19
978	US-1.5	Y25SG2212366	DAD5497631	11/04/2025	BEE-07	0,98	-0,02	-4,07
979	US-1.5	Y25SG2212367	DAD5497795	11/04/2025	BEE-07	0,49	-0,11	-3,50
980	US-1.5	Y25SG2212368	DAD5497680	11/04/2025	BEE-07	-1,03	-0,50	1,69
981	US-1.5	Y25SG2212369	DAD5497205	11/04/2025	BEE-07	1,01	0,47	0,77
982	US-1.5	Y25SG2212370	DAD5497278	11/04/2025	BEE-07	-0,51	-0,87	2,27
983	US-1.5	Y25SG2212371	DAD5497151	11/04/2025	BEE-07	0,07	1,10	-3,97
984	US-1.5	Y25SG2212372	DAD5497187	11/04/2025	BEE-07	0,26	-1,16	-0,75

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 18 de 29
									Código: FOR-48
									Revisão: 09-02/12/2024
									N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
985	US-1.5	Y25SG2212373	DAD5497590	11/04/2025	BEE-07	0,50	-1,06	2,30	
986	US-1.5	Y25SG2212374	DAD5497345	11/04/2025	BEE-07	0,25	-1,72	1,42	
987	US-1.5	Y25SG2212375	DAD5497825	11/04/2025	BEE-07	-0,23	0,14	2,21	
988	US-1.5	Y25SG2212376	DAD5497760	11/04/2025	BEE-07	-0,18	-0,23	-0,16	
989	US-1.5	Y25SG2212377	DAD5497461	11/04/2025	BEE-07	0,94	-0,24	3,59	
990	US-1.5	Y25SG2212378	DAD5497783	11/04/2025	BEE-07	0,70	1,07	1,30	
991	US-1.5	Y25SG2212379	DAD5497096	11/04/2025	BEE-07	0,92	-0,72	-1,34	
992	US-1.5	Y25SG2212380	DAD5497229	11/04/2025	BEE-07	1,38	0,57	-0,02	
993	US-1.5	Y25SG2212381	DAD5497254	11/04/2025	BEE-07	1,46	0,89	1,85	
994	US-1.5	Y25SG2212382	DAD5497163	11/04/2025	BEE-07	1,10	0,26	3,20	
995	US-1.5	Y25SG2212383	DAD5497734	11/04/2025	BEE-07	1,62	0,58	3,32	
996	US-1.5	Y25SG2212384	DAD5497011	11/04/2025	BEE-07	0,72	-0,14	0,73	
997	US-1.5	Y25SG2212385	DAD5497710	11/04/2025	BEE-07	0,91	0,49	4,20	
998	US-1.5	Y25SG2212386	DAD5497140	11/04/2025	BEE-07	-1,04	-0,79	-4,46	
999	US-1.5	Y25SG2212387	DAD5497291	11/04/2025	BEE-07	1,66	0,53	-2,53	
1.000	US-1.5	Y25SG2212388	DAD5497564	11/04/2025	BEE-07	1,26	0,60	2,37	
1.001	US-1.5	Y25SG2212389	DAD5497473	11/04/2025	BEE-07	0,10	-1,38	3,25	
1.002	US-1.5	Y25SG2212390	DAD5497643	11/04/2025	BEE-07	0,22	-0,10	-1,52	
1.003	US-1.5	Y25SG2212391	DAD5497060	11/04/2025	BEE-07	0,47	0,28	4,09	
1.004	US-1.5	Y25SG2212392	DAD5497310	11/04/2025	BEE-07	0,86	0,63	1,99	
1.005	US-1.5	Y25SG2212393	DAD6872061	11/04/2025	BEE-07	0,30	0,43	2,90	
1.006	US-1.5	Y25SG2212394	DAD5497709	11/04/2025	BEE-07	0,06	-0,84	3,85	
1.007	US-1.5	Y25SG2212395	DAD5497576	11/04/2025	BEE-07	1,01	1,15	-4,18	
1.008	US-1.5	Y25SG2212396	DAD5497588	11/04/2025	BEE-07	-0,13	-1,67	-0,31	
1.009	US-1.5	Y25SG2212397	DAD5497606	11/04/2025	BEE-07	-0,02	-0,90	-0,06	
1.010	US-1.5	Y25SG2212398	DAD5497357	11/04/2025	BEE-07	0,57	0,69	-2,69	
1.011	US-1.5	Y25SG2212399	DAD5497448	11/04/2025	BEE-07	1,07	1,65	-1,50	
1.012	US-1.5	Y25SG2212400	DAD4357643	11/04/2025	BEE-07	1,28	0,70	2,46	
1.013	US-1.5	Y25SG2212401	DAD4357357	11/04/2025	BEE-07	0,61	-0,93	2,07	
1.014	US-1.5	Y25SG2212402	DAD4357400	11/04/2025	BEE-07	0,60	0,30	0,81	
1.015	US-1.5	Y25SG2212403	DAD4357035	11/04/2025	BEE-07	0,67	-0,64	0,21	
1.016	US-1.5	Y25SG2212404	DAD4357930	11/04/2025	BEE-07	0,28	-1,59	0,56	
1.017	US-1.5	Y25SG2212405	DAD4357333	11/04/2025	BEE-07	0,17	-0,95	0,29	
1.018	US-1.5	Y25SG2212406	DAD4357515	11/04/2025	BEE-07	0,32	-0,64	-0,65	
1.019	US-1.5	Y25SG2212407	DAD4357308	11/04/2025	BEE-07	-0,16	-0,32	3,76	
1.020	US-1.5	Y25SG2212408	DAD4357461	11/04/2025	BEE-07	0,41	1,59	-2,66	
1.021	US-1.5	Y25SG2212409	DAD4357140	11/04/2025	BEE-07	1,37	1,27	-3,32	
1.022	US-1.5	Y25SG2212410	DAD4357291	11/04/2025	BEE-07	0,44	-1,27	-3,75	
1.023	US-1.5	Y25SG2212411	DAD4357916	11/04/2025	BEE-07	0,90	0,96	1,57	
1.024	US-1.5	Y25SG2212412	DAD4357620	11/04/2025	BEE-07	0,15	-0,94	3,47	
1.025	US-1.5	Y25SG2212413	DAD4357229	11/04/2025	BEE-07	0,32	0,98	3,29	
1.026	US-1.5	Y25SG2212414	DAD4357199	11/04/2025	BEE-07	1,16	0,41	0,50	
1.027	US-1.5	Y25SG2212415	DAD4357059	11/04/2025	BEE-07	0,61	-0,90	1,72	
1.028	US-1.5	Y25SG2212416	DAD4357758	11/04/2025	BEE-07	1,67	0,44	2,94	
1.029	US-1.5	Y25SG2212417	DAD4357734	11/04/2025	BEE-07	1,13	0,76	-4,07	
1.030	US-1.5	Y25SG2212418	DAD4357072	11/04/2025	BEE-07	0,35	0,77	2,24	
1.031	US-1.5	Y25SG2212419	DAD4357990	11/04/2025	BEE-07	0,35	-0,55	-3,41	
1.032	US-1.5	Y25SG2212420	DAD4357746	11/04/2025	BEE-07	0,16	-0,55	1,82	
1.033	US-1.5	Y25SG2212421	DAD4357242	11/04/2025	BEE-07	1,06	1,43	-3,48	
1.034	US-1.5	Y25SG2212422	DAD4357060	11/04/2025	BEE-07	0,14	-0,88	0,64	
1.035	US-1.5	Y25SG2212423	DAD4357473	11/04/2025	BEE-07	0,03	-1,21	-4,23	
1.036	US-1.5	Y25SG2212424	DAD4357254	11/04/2025	BEE-07	-0,22	-0,92	0,59	
1.037	US-1.5	Y25SG2212425	DAD4357412	11/04/2025	BEE-07	1,11	1,67	-1,58	
1.038	US-1.5	Y25SG2212426	DAD4357424	11/04/2025	BEE-07	1,42	1,67	1,22	
1.039	US-1.5	Y25SG2212427	DAD4357345	11/04/2025	BEE-07	1,42	1,67	-1,82	
1.040	US-1.5	Y25SG2212428	DAD4357448	11/04/2025	BEE-07	1,12	0,06	-3,93	
1.041	US-1.5	Y25SG2212429	DAD4357527	11/04/2025	BEE-07	1,38	0,90	2,96	
1.042	US-1.5	Y25SG2212430	DAD4357825	11/04/2025	BEE-07	0,36	0,10	0,30	

	LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 19 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:	Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:	IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
1.043	US-1.5	Y25SG2212431	DAD4357163	11/04/2025	BEE-07	0,42	-0,23	-2,99
1.044	US-1.5	Y25SG2212432	DAD4357989	11/04/2025	BEE-07	1,18	1,07	-1,61
1.045	US-1.5	Y25SG2212433	DAD4357813	11/04/2025	BEE-07	1,02	0,09	-0,92
1.046	US-1.5	Y25SG2212434	DAD4357801	11/04/2025	BEE-07	-0,30	-0,88	-1,29
1.047	US-1.5	Y25SG2212435	DAD4357862	11/04/2025	BEE-07	0,90	1,38	4,06
1.048	US-1.5	Y25SG2212436	DAD4357497	11/04/2025	BEE-07	-0,65	-0,83	4,35
1.049	US-1.5	Y25SG2212437	DAD4357485	11/04/2025	BEE-07	-0,06	-1,73	0,81
1.050	US-1.5	Y25SG2212438	DAD4357850	11/04/2025	BEE-07	0,19	-0,76	1,72
1.051	US-1.5	Y25SG2212439	DAD4357655	11/04/2025	BEE-07	1,49	0,84	3,55
1.052	US-1.5	Y25SG2212440	DAD4357679	11/04/2025	BEE-07	1,20	1,48	-4,34
1.053	US-1.5	Y25SG2212441	DAD4357783	11/04/2025	BEE-07	0,05	-0,11	1,20
1.054	US-1.5	Y25SG2212442	DAD4357102	11/04/2025	BEE-07	0,46	0,21	-1,84
1.055	US-1.5	Y25SG2212443	DAD4357722	11/04/2025	BEE-07	-0,19	-0,47	-3,88
1.056	US-1.5	Y25SG2212444	DAD4357849	11/04/2025	BEE-07	0,85	-0,24	-4,05
1.057	US-1.5	Y25SG2212445	DAD4357795	11/04/2025	BEE-07	1,08	-1,56	-4,19
1.058	US-1.5	Y25SG2212446	DAD4357953	11/04/2025	BEE-07	1,18	0,68	1,78
1.059	US-1.5	Y25SG2212447	DAD4357977	11/04/2025	BEE-07	1,43	0,63	1,39
1.060	US-1.5	Y25SG2212448	DAD4357503	11/04/2025	BEE-07	1,37	1,62	-3,02
1.061	US-1.5	Y25SG2212449	DAD4357886	11/04/2025	BEE-07	1,26	0,62	-3,60
1.062	US-1.5	Y25SG2212450	DAD4357709	11/04/2025	BEE-07	0,85	-0,02	0,27
1.063	US-1.5	Y25SG2212451	DAD4357588	11/04/2025	BEE-07	0,87	0,96	-3,35
1.064	US-1.5	Y25SG2212452	DAD4357011	11/04/2025	BEE-07	-0,54	-0,29	4,39
1.065	US-1.5	Y25SG2212453	DAD4357771	11/04/2025	BEE-07	0,77	-0,29	-0,39
1.066	US-1.5	Y25SG2212454	DAD4357874	11/04/2025	BEE-07	-0,60	-0,93	-4,25
1.067	US-1.5	Y25SG2212455	DAD4357837	11/04/2025	BEE-07	0,97	1,30	-1,47
1.068	US-1.5	Y25SG2212456	DAD4357126	11/04/2025	BEE-07	-0,23	-0,40	-2,56
1.069	US-1.5	Y25SG2212457	DAD4353686	11/04/2025	BEE-07	0,03	-1,41	-4,11
1.070	US-1.5	Y25SG2212458	DAD4353212	11/04/2025	BEE-07	1,15	-0,19	-3,44
1.071	US-1.5	Y25SG2212459	DAD4353091	11/04/2025	BEE-07	0,97	-0,15	-1,91
1.072	US-1.5	Y25SG2212460	DAD4353121	11/04/2025	BEE-07	1,29	0,20	-1,82
1.073	US-1.5	Y25SG2212461	DAD4353789	11/04/2025	BEE-07	0,95	1,57	-3,43
1.074	US-1.5	Y25SG2212462	DAD4353900	11/04/2025	BEE-07	0,14	0,63	-1,56
1.075	US-1.5	Y25SG2212463	DAD4353157	11/04/2025	BEE-07	0,15	-1,25	3,77
1.076	US-1.5	Y25SG2212464	DAD4353248	11/04/2025	BEE-07	0,21	-0,57	0,23
1.077	US-1.5	Y25SG2212465	DAD4353224	11/04/2025	BEE-07	1,30	0,43	-1,81
1.078	US-1.5	Y25SG2212466	DAD4354009	11/04/2025	BEE-07	0,69	-0,21	2,94
1.079	US-1.5	Y25SG2212467	DAD4353765	11/04/2025	BEE-07	0,29	0,11	-1,96
1.080	US-1.5	Y25SG2212468	DAD4353571	11/04/2025	BEE-07	1,62	0,12	-2,88
1.081	US-1.5	Y25SG2212469	DAD4353364	11/04/2025	BEE-07	0,31	-0,22	0,59
1.082	US-1.5	Y25SG2212470	DAD4353327	11/04/2025	BEE-07	0,62	0,42	2,35
1.083	US-1.5	Y25SG2212471	DAD4353492	11/04/2025	BEE-07	1,07	0,11	3,85
1.084	US-1.5	Y25SG2212472	DAD4353777	11/04/2025	BEE-07	-0,04	0,11	3,04
1.085	US-1.5	Y25SG2212473	DAD4353418	11/04/2025	BEE-07	0,80	0,12	1,74
1.086	US-1.5	Y25SG2212474	DAD4353959	11/04/2025	BEE-07	0,59	0,44	-3,44
1.087	US-1.5	Y25SG2212475	DAD4353467	11/04/2025	BEE-07	0,64	1,42	4,15
1.088	US-1.5	Y25SG2212476	DAD4353790	11/04/2025	BEE-07	1,61	0,90	4,25
1.089	US-1.5	Y25SG2212477	DAD4353650	11/04/2025	BEE-07	-0,96	0,42	-1,90
1.090	US-1.5	Y25SG2212478	DAD4353601	11/04/2025	BEE-07	-0,07	-0,30	2,93
1.091	US-1.5	Y25SG2212479	DAD4353674	11/04/2025	BEE-07	1,14	0,63	-1,88
1.092	US-1.5	Y25SG2212480	DAD4353194	11/04/2025	BEE-07	-0,28	0,23	-0,81
1.093	US-1.5	Y25SG2212481	DAD4353819	11/04/2025	BEE-07	-0,64	-0,76	0,22
1.094	US-1.5	Y25SG2212482	DAD4353820	11/04/2025	BEE-07	0,13	-0,27	1,14
1.095	US-1.5	Y25SG2212483	DAD4353479	11/04/2025	BEE-07	-1,30	-1,56	0,90
1.096	US-1.5	Y25SG2212484	DAD4353893	11/04/2025	BEE-07	1,50	0,97	-0,56
1.097	US-1.5	Y25SG2212485	DAD4353868	11/04/2025	BEE-07	0,02	-0,30	-1,95
1.098	US-1.5	Y25SG2212486	DAD4353261	11/04/2025	BEE-07	-0,67	-0,62	-3,14
1.099	US-1.5	Y25SG2212487	DAD4353625	11/04/2025	BEE-07	-0,62	-0,93	-2,63
1.100	US-1.5	Y25SG2212488	DAD4353844	11/04/2025	BEE-07	-0,27	-0,61	2,91

	LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 20 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:	Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:	IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
1.101	US-1.5	Y25SG2212489	DAD4353170	11/04/2025	BEE-07	-0,11	-1,21	3,79
1.102	US-1.5	Y25SG2212490	DAD4353340	11/04/2025	BEE-07	-0,16	-0,24	-3,63
1.103	US-1.5	Y25SG2212491	DAD4353730	11/04/2025	BEE-07	0,74	-0,88	-1,57
1.104	US-1.5	Y25SG2212492	DAD4353716	11/04/2025	BEE-07	1,11	-0,25	0,40
1.105	US-1.5	Y25SG2212493	DAD4353637	11/04/2025	BEE-07	-0,40	-0,54	2,74
1.106	US-1.5	Y25SG2212494	DAD4353315	11/04/2025	BEE-07	0,32	0,75	-4,30
1.107	US-1.5	Y25SG2212495	DAD4353996	11/04/2025	BEE-07	0,72	-0,54	4,04
1.108	US-1.5	Y25SG2212496	DAD4353870	11/04/2025	BEE-07	0,77	-0,51	-0,81
1.109	US-1.5	Y25SG2212497	DAD4353145	11/04/2025	BEE-07	-0,27	-1,13	3,21
1.110	US-1.5	Y25SG2212498	DAD4353911	11/04/2025	BEE-07	1,64	-0,40	-2,78
1.111	US-1.5	Y25SG2212499	DAD4362614	11/04/2025	BEE-07	0,34	-0,09	-3,74
1.112	US-1.5	Y25SG2212500	DAD4362791	11/04/2025	BEE-07	-0,22	0,56	0,71
1.113	US-1.5	Y25SG2212501	DAD4362468	12/04/2025	BEE-07	0,73	0,88	-0,65
1.114	US-1.5	Y25SG2212502	DAD4362481	12/04/2025	BEE-07	0,03	-0,09	-2,50
1.115	US-1.5	Y25SG2212503	DAD4362845	12/04/2025	BEE-07	0,33	-0,82	0,64
1.116	US-1.5	Y25SG2212504	DAD4362110	12/04/2025	BEE-07	1,60	1,21	-3,92
1.117	US-1.5	Y25SG2212505	DAD4362687	12/04/2025	BEE-07	0,52	0,30	2,50
1.118	US-1.5	Y25SG2212506	DAD4362500	12/04/2025	BEE-07	1,63	0,32	2,17
1.119	US-1.5	Y25SG2212507	DAD4362596	12/04/2025	BEE-07	1,07	0,99	-0,28
1.120	US-1.5	Y25SG2212508	DAD4362936	12/04/2025	BEE-07	0,32	-0,56	-1,89
1.121	US-1.5	Y25SG2212509	DAD4362419	12/04/2025	BEE-07	-0,17	-0,86	-2,50
1.122	US-1.5	Y25SG2212510	DAD4362730	12/04/2025	BEE-07	1,44	0,79	-4,14
1.123	US-1.5	Y25SG2212511	DAD4362237	12/04/2025	BEE-07	0,36	0,16	0,80
1.124	US-1.5	Y25SG2212512	DAD4362766	12/04/2025	BEE-07	-0,11	-1,45	-0,58
1.125	US-1.5	Y25SG2212513	DAD4362638	12/04/2025	BEE-07	1,13	0,11	-1,72
1.126	US-1.5	Y25SG2212514	DAD4362961	12/04/2025	BEE-07	0,00	0,42	-4,11
1.127	US-1.5	Y25SG2212515	DAD4362742	12/04/2025	BEE-07	1,42	0,90	3,45
1.128	US-1.5	Y25SG2212516	DAD4362043	12/04/2025	BEE-07	-0,48	-1,49	-1,87
1.129	US-1.5	Y25SG2212517	DAD4362559	12/04/2025	BEE-07	0,29	-0,54	-3,98
1.130	US-1.5	Y25SG2212518	DAD4362365	12/04/2025	BEE-07	0,98	0,02	3,58
1.131	US-1.5	Y25SG2212519	DAD4362523	12/04/2025	BEE-07	0,04	-0,06	3,48
1.132	US-1.5	Y25SG2212520	DAD4362535	12/04/2025	BEE-07	0,65	0,56	-0,29
1.133	US-1.5	Y25SG2212521	DAD4362948	12/04/2025	BEE-07	0,50	-1,03	-0,07
1.134	US-1.5	Y25SG2212522	DAD4362389	12/04/2025	BEE-07	1,17	1,19	-3,55
1.135	US-1.5	Y25SG2212523	DAD4362080	12/04/2025	BEE-07	1,12	0,23	3,08
1.136	US-1.5	Y25SG2212524	DAD4362547	12/04/2025	BEE-07	-0,27	-0,73	-1,86
1.137	US-1.5	Y25SG2212525	DAD4362973	12/04/2025	BEE-07	-0,03	-0,39	-3,47
1.138	US-1.5	Y25SG2212526	DAD4362894	12/04/2025	BEE-07	-0,37	-1,04	-2,38
1.139	US-1.5	Y25SG2212527	DAD4362092	12/04/2025	BEE-07	0,90	1,57	3,65
1.140	US-1.5	Y25SG2212528	DAD4362031	12/04/2025	BEE-07	-0,76	-1,69	-3,18
1.141	US-1.5	Y25SG2212529	DAD4362195	12/04/2025	BEE-07	1,47	1,24	-3,18
1.142	US-1.5	Y25SG2212530	DAD4362810	12/04/2025	BEE-07	0,09	-0,07	-4,01
1.143	US-1.5	Y25SG2212531	DAD4362626	12/04/2025	BEE-07	-0,21	-0,73	3,61
1.144	US-1.5	Y25SG2212532	DAD4362262	12/04/2025	BEE-07	0,46	0,89	-0,43
1.145	US-1.5	Y25SG2212533	DAD4362079	12/04/2025	BEE-07	0,20	-0,74	-0,46
1.146	US-1.5	Y25SG2212534	DAD4363000	12/04/2025	BEE-07	0,19	-0,52	-3,40
1.147	US-1.5	Y25SG2212535	DAD4362171	12/04/2025	BEE-07	-0,26	0,58	2,15
1.148	US-1.5	Y25SG2212536	DAD4362924	12/04/2025	BEE-07	1,68	-0,42	-0,60
1.149	US-1.5	Y25SG2212537	DAD4362407	12/04/2025	BEE-07	-0,06	0,89	-3,94
1.150	US-1.5	Y25SG2212538	DAD4362432	12/04/2025	BEE-07	0,61	0,56	-2,22
1.151	US-1.5	Y25SG2212539	DAD4362304	12/04/2025	BEE-07	0,33	0,22	3,57
1.152	US-1.5	Y25SG2212540	DAD4362950	12/04/2025	BEE-07	0,85	-0,34	-3,30
1.153	US-1.5	Y25SG2212541	DAD4362298	12/04/2025	BEE-07	0,77	-0,27	-0,68
1.154	US-1.5	Y25SG2212542	DAD4362146	12/04/2025	BEE-07	0,32	0,10	-3,28
1.155	US-1.5	Y25SG2212543	DAD4362778	12/04/2025	BEE-07	0,47	0,51	-1,47
1.156	US-1.5	Y25SG2212544	DAD4362912	12/04/2025	BEE-07	0,33	-0,09	-2,49
1.157	US-1.5	Y25SG2212545	DAD4362754	12/04/2025	BEE-07	1,33	1,22	-2,05
1.158	US-1.5	Y25SG2212546	DAD4362663	12/04/2025	BEE-07	-0,04	-0,39	-2,13

	LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 21 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:	Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:	IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
1.159	US-1.5	Y25SG2212547	DAD4362201	12/04/2025	BEE-07	1,23	0,88	-3,87
1.160	US-1.5	Y25SG2212548	DAD4362067	12/04/2025	BEE-07	0,18	-1,74	-0,36
1.161	US-1.5	Y25SG2212549	DAD4362584	12/04/2025	BEE-07	-0,55	-1,67	2,60
1.162	US-1.5	Y25SG2212550	DAD5498301	12/04/2025	BEE-07	0,67	0,27	2,89
1.163	US-1.5	Y25SG2212551	DAD5498106	12/04/2025	BEE-07	0,21	-0,40	-0,78
1.164	US-1.5	Y25SG2212552	DAD5498842	12/04/2025	BEE-07	0,92	0,53	-2,73
1.165	US-1.5	Y25SG2212553	DAD5498179	12/04/2025	BEE-07	1,24	0,41	-1,48
1.166	US-1.5	Y25SG2212554	DAD5498659	12/04/2025	BEE-07	0,58	-1,60	-2,59
1.167	US-1.5	Y25SG2212555	DAD5498908	12/04/2025	BEE-07	1,34	0,65	-1,84
1.168	US-1.5	Y25SG2212556	DAD5498507	12/04/2025	BEE-07	-0,25	-1,42	-0,88
1.169	US-1.5	Y25SG2212557	DAD5498519	12/04/2025	BEE-07	1,15	-0,47	-1,65
1.170	US-1.5	Y25SG2212558	DAD5498611	12/04/2025	BEE-07	1,15	0,06	-1,36
1.171	US-1.5	Y25SG2212559	DAD5498076	12/04/2025	BEE-07	0,56	1,65	2,86
1.172	US-1.5	Y25SG2212560	DAD5498568	12/04/2025	BEE-07	1,51	0,66	0,93
1.173	US-1.5	Y25SG2212561	DAD5498702	12/04/2025	BEE-07	0,46	-0,98	-4,35
1.174	US-1.5	Y25SG2212562	DAD5498570	12/04/2025	BEE-07	-0,15	-0,32	-2,88
1.175	US-1.5	Y25SG2212563	DAD5498910	12/04/2025	BEE-07	0,98	0,66	3,80
1.176	US-1.5	Y25SG2212564	DAD4353285	12/04/2025	BEE-07	0,70	0,00	1,25
1.177	US-1.5	Y25SG2212565	DAD5498600	12/04/2025	BEE-07	0,80	-0,28	-4,18
1.178	US-1.5	Y25SG2212566	DAD5498532	12/04/2025	BEE-07	0,10	-1,59	-3,24
1.179	US-1.5	Y25SG2212567	DAD5498866	12/04/2025	BEE-07	1,17	1,34	-0,10
1.180	US-1.5	Y25SG2212568	DAD5498775	12/04/2025	BEE-07	-0,43	0,04	-0,50
1.181	US-1.5	Y25SG2212569	DAD5498260	12/04/2025	BEE-07	-0,38	-0,61	-2,29
1.182	US-1.5	Y25SG2212570	DAD5498933	12/04/2025	BEE-07	0,77	0,37	2,22
1.183	US-1.5	Y25SG2212571	DAD5498854	12/04/2025	BEE-07	1,17	1,56	-2,56
1.184	US-1.5	Y25SG2212572	DAD5498246	12/04/2025	BEE-07	-0,37	-0,11	1,68
1.185	US-1.5	Y25SG2212573	DAD5499007	12/04/2025	BEE-07	-0,01	0,84	-2,82
1.186	US-1.5	Y25SG2212574	DAD5498222	12/04/2025	BEE-07	0,31	0,12	-3,89
1.187	US-1.5	Y25SG2212575	DAD5498428	12/04/2025	BEE-07	0,09	-0,79	-2,02
1.188	US-1.5	Y25SG2212576	DAD5498945	12/04/2025	BEE-07	1,63	1,10	-3,49
1.189	US-1.5	Y25SG2212577	DAD5498763	12/04/2025	BEE-07	0,88	0,47	0,96
1.190	US-1.5	Y25SG2212578	DAD5498258	12/04/2025	BEE-07	0,41	-0,02	0,76
1.191	US-1.5	Y25SG2212579	DAD5498090	12/04/2025	BEE-07	1,04	0,26	-0,37
1.192	US-1.5	Y25SG2212580	DAD5498143	12/04/2025	BEE-07	0,14	0,88	4,37
1.193	US-1.5	Y25SG2212581	DAD5498313	12/04/2025	BEE-07	-0,30	-1,02	1,77
1.194	US-1.5	Y25SG2212582	DAD5498271	12/04/2025	BEE-07	0,88	1,21	3,71
1.195	US-1.5	Y25SG2212583	DAD5498957	12/04/2025	BEE-07	0,88	0,89	-1,34
1.196	US-1.5	Y25SG2212584	DAD5498921	12/04/2025	BEE-07	-0,01	-1,30	-3,61
1.197	US-1.5	Y25SG2212585	DAD5498817	12/04/2025	BEE-07	-0,22	-1,67	-3,49
1.198	US-1.5	Y25SG2212586	DAD5498490	12/04/2025	BEE-07	1,22	0,90	3,38
1.199	US-1.5	Y25SG2212587	DAD5498350	12/04/2025	BEE-07	0,45	-0,11	-2,04
1.200	US-1.5	Y25SG2212588	DAD5498039	12/04/2025	BEE-07	-0,87	-1,38	0,58
1.201	US-1.5	Y25SG2212589	DAD5498970	12/04/2025	BEE-07	0,31	0,55	-4,37
1.202	US-1.5	Y25SG2212590	DAD5498623	12/04/2025	BEE-07	1,32	0,56	2,29
1.203	US-1.5	Y25SG2212591	DAD5498969	12/04/2025	BEE-07	1,28	0,89	-2,09
1.204	US-1.5	Y25SG2212592	DAD5498404	12/04/2025	BEE-07	-0,16	-0,06	0,34
1.205	US-1.5	Y25SG2212593	DAD5498581	12/04/2025	BEE-07	0,43	0,30	-1,30
1.206	US-1.5	Y25SG2212594	DAD5498714	12/04/2025	BEE-07	1,19	0,53	-2,08
1.207	US-1.5	Y25SG2212595	DAD5498465	12/04/2025	BEE-07	-0,50	-0,49	0,57
1.208	US-1.5	Y25SG2212596	DAD5498878	12/04/2025	BEE-07	1,19	-0,83	-2,75
1.209	US-1.5	Y25SG2212597	DAD5498167	12/04/2025	BEE-07	1,02	-0,57	-0,10
1.210	US-1.5	Y25SG2212598	DAD5498027	12/04/2025	BEE-07	0,88	0,77	3,23
1.211	US-1.5	Y25SG2212599	DAD5498647	12/04/2025	BEE-07	1,09	1,43	-0,59
1.212	US-1.5	Y25SG2212600	DAD5498660	12/04/2025	BEE-07	0,39	0,43	-1,06
1.213	US-1.5	Y25SG2212601	DAD5498751	12/04/2025	BEE-07	0,09	-0,24	-3,41
1.214	US-1.5	Y25SG2212602	DAD5498489	12/04/2025	BEE-07	-0,87	-1,24	-1,85
1.215	US-1.5	Y25SG2212603	DAD5498064	12/04/2025	BEE-07	1,39	1,42	2,06
1.216	US-1.5	Y25SG2212604	DAD5498829	12/04/2025	BEE-07	1,56	1,51	-0,69

	LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 22 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:	Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:	IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
1.217	US-1.5	Y25SG2212605	DAD5498040	12/04/2025	BEE-07	0,78	0,09	3,98
1.218	US-1.5	Y25SG2212606	DAD5498349	12/04/2025	BEE-07	-0,65	-0,92	-4,13
1.219	US-1.5	Y25SG2212607	DAD5498210	12/04/2025	BEE-07	-0,34	-0,25	-3,52
1.220	US-1.5	Y25SG2212608	DAD5498362	12/04/2025	BEE-07	0,56	1,51	0,43
1.221	US-1.5	Y25SG2212609	DAD5498982	12/04/2025	BEE-07	-0,90	-1,29	-4,39
1.222	US-1.5	Y25SG2212610	DAD5498295	12/04/2025	BEE-07	-0,76	1,37	-3,49
1.223	US-1.5	Y25SG2212611	DAD5498131	12/04/2025	BEE-07	0,30	1,32	-1,46
1.224	US-1.5	Y25SG2212612	DAD5498209	12/04/2025	BEE-07	0,83	1,32	0,25
1.225	US-1.5	Y25SG2212613	DAD5498386	12/04/2025	BEE-07	0,87	1,32	-3,91
1.226	US-1.5	Y25SG2212614	DAD5498283	12/04/2025	BEE-07	1,06	1,32	0,60
1.227	US-1.5	Y25SG2212615	DAD5498192	12/04/2025	BEE-07	0,17	-1,02	2,93
1.228	US-1.5	Y25SG2212616	DAD5498805	12/04/2025	BEE-07	0,46	0,32	0,39
1.229	US-1.5	Y25SG2212617	DAD5498118	12/04/2025	BEE-07	-0,29	-0,69	1,45
1.230	US-1.5	Y25SG2212618	DAD5498374	12/04/2025	BEE-07	0,79	0,32	-0,44
1.231	US-1.5	Y25SG2212619	DAD5498880	12/04/2025	BEE-07	0,54	-0,66	-4,33
1.232	US-1.5	Y25SG2212620	DAD4961560	12/04/2025	BEE-07	-0,34	-1,01	-2,48
1.233	US-1.5	Y25SG2212621	DAD4961327	12/04/2025	BEE-07	-0,14	-1,18	-0,27
1.234	US-1.5	Y25SG2212622	DAD4961900	12/04/2025	BEE-07	1,32	0,90	3,06
1.235	US-1.5	Y25SG2212623	DAD4961157	12/04/2025	BEE-07	-0,48	-0,82	-1,43
1.236	US-1.5	Y25SG2212624	DAD4961881	12/04/2025	BEE-07	0,12	-0,47	3,33
1.237	US-1.5	Y25SG2212625	DAD4961571	12/04/2025	BEE-07	0,91	0,50	-2,23
1.238	US-1.5	Y25SG2212626	DAD4961170	12/04/2025	BEE-07	0,98	0,82	-0,30
1.239	US-1.5	Y25SG2212627	DAD4961030	12/04/2025	BEE-07	1,18	-0,48	-3,69
1.240	US-1.5	Y25SG2212628	DAD4961248	12/04/2025	BEE-07	0,66	1,46	4,09
1.241	US-1.5	Y25SG2212629	DAD4961406	12/04/2025	BEE-07	0,08	0,18	-1,87
1.242	US-1.5	Y25SG2212630	DAD4961509	12/04/2025	BEE-07	-0,08	0,82	-3,15
1.243	US-1.5	Y25SG2212631	DAD4961418	12/04/2025	BEE-07	-0,57	-0,12	-1,12
1.244	US-1.5	Y25SG2212632	DAD4961443	12/04/2025	BEE-07	0,31	-0,12	-3,48
1.245	US-1.5	Y25SG2212633	DAD4961352	12/04/2025	BEE-07	0,80	-0,78	-3,48
1.246	US-1.5	Y25SG2212634	DAD4961455	12/04/2025	BEE-07	-0,69	-0,47	-2,11
1.247	US-1.5	Y25SG2212635	DAD4961637	12/04/2025	BEE-07	0,98	0,80	-3,60
1.248	US-1.5	Y25SG2212636	DAD5525535	12/04/2025	BEE-07	0,05	-0,79	0,21
1.249	US-1.5	Y25SG2212637	DAD4961273	12/04/2025	BEE-07	-0,31	-1,74	1,76
1.250	US-1.5	Y25SG2212638	DAD4961194	12/04/2025	BEE-07	0,82	0,17	-0,47
1.251	US-1.5	Y25SG2212639	DAD4961390	12/04/2025	BEE-07	0,62	0,17	2,64
1.252	US-1.5	Y25SG2212640	DAD4961285	12/04/2025	BEE-07	0,37	0,17	3,58
1.253	US-1.5	Y25SG2212641	DAD4961649	12/04/2025	BEE-07	1,09	0,48	3,74
1.254	US-1.5	Y25SG2212642	DAD4962009	12/04/2025	BEE-07	1,11	0,17	3,85
1.255	US-1.5	Y25SG2212643	DAD4961686	12/04/2025	BEE-07	1,51	1,74	-0,50
1.256	US-1.5	Y25SG2212644	DAD4961200	12/04/2025	BEE-07	-0,30	-0,31	-4,22
1.257	US-1.5	Y25SG2212645	DAD4961431	12/04/2025	BEE-07	-0,31	-0,28	-1,70
1.258	US-1.5	Y25SG2212646	DAD4961893	12/04/2025	BEE-07	0,35	0,40	1,84
1.259	US-1.5	Y25SG2212647	DAD4961340	12/04/2025	BEE-07	1,40	-0,34	-1,91
1.260	US-1.5	Y25SG2212648	DAD4961212	12/04/2025	BEE-07	0,55	-0,05	0,46
1.261	US-1.5	Y25SG2212649	DAD4961108	12/04/2025	BEE-07	-0,04	-1,10	-4,09
1.262	US-1.5	Y25SG2212650	DAD4961110	12/04/2025	BEE-07	1,13	0,49	2,72
1.263	US-1.5	Y25SG2212651	DAD4961145	12/04/2025	BEE-07	-0,46	-0,42	-3,78
1.264	US-1.5	Y25SG2212652	DAD4961960	12/04/2025	BEE-07	-1,05	-0,74	2,51
1.265	US-1.5	Y25SG2212653	DAD4961042	12/04/2025	BEE-07	-0,55	-0,03	-3,22
1.266	US-1.5	Y25SG2212654	DAD4961339	12/04/2025	BEE-07	1,13	-0,01	-0,21
1.267	US-1.5	Y25SG2212655	DAD4961698	12/04/2025	BEE-07	0,23	-0,90	-1,47
1.268	US-1.5	Y25SG2212656	DAD4961730	12/04/2025	BEE-07	-0,27	-1,68	2,08
1.269	US-1.5	Y25SG2212657	DAD4961066	12/04/2025	BEE-07	1,22	1,21	0,61
1.270	US-1.5	Y25SG2212658	DAD4961820	12/04/2025	BEE-07	-0,17	-1,20	0,13
1.271	US-1.5	Y25SG2212659	DAD4961601	12/04/2025	BEE-07	0,24	0,40	1,91
1.272	US-1.5	Y25SG2212660	DAD4961911	12/04/2025	BEE-07	0,60	-0,26	2,91
1.273	US-1.5	Y25SG2212661	DAD4961169	12/04/2025	BEE-07	0,80	-1,27	-2,11
1.274	US-1.5	Y25SG2212662	DAD4961091	12/04/2025	BEE-07	0,63	1,10	2,33


	LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 23 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:	Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:	IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
1.275	US-1.5	Y25SG2212663	DAD4961078	12/04/2025	BEE-07	1,74	0,90	4,17
1.276	US-1.5	Y25SG2212664	DAD4961261	12/04/2025	BEE-07	-0,11	0,05	-0,22
1.277	US-1.5	Y25SG2212665	DAD4961376	12/04/2025	BEE-07	0,14	-1,64	-3,90
1.278	US-1.5	Y25SG2212666	DAD4961029	12/04/2025	BEE-07	-0,50	-0,34	0,83
1.279	US-1.5	Y25SG2212667	DAD4961479	12/04/2025	BEE-07	0,67	-0,70	-0,81
1.280	US-1.5	Y25SG2212668	DAD4961303	12/04/2025	BEE-07	0,71	0,39	0,53
1.281	US-1.5	Y25SG2212669	DAD4961558	12/04/2025	BEE-07	-0,51	0,01	-2,17
1.282	US-1.5	Y25SG2212670	DAD4961870	12/04/2025	BEE-07	0,80	0,61	-4,25
1.283	US-1.5	Y25SG2212671	DAD4961844	12/04/2025	BEE-07	0,47	0,73	4,17
1.284	US-1.5	Y25SG2212672	DAD4961777	12/04/2025	BEE-07	0,24	-0,61	2,78
1.285	US-1.5	Y25SG2212673	DAD4961832	12/04/2025	BEE-07	1,16	1,39	1,50
1.286	US-1.5	Y25SG2212674	DAD4961789	12/04/2025	BEE-07	0,27	-0,29	1,19
1.287	US-1.5	Y25SG2212675	DAD4961856	12/04/2025	BEE-07	-0,16	-1,29	1,20
1.288	US-1.5	Y25SG2212676	DAD4961236	12/04/2025	BEE-07	1,30	-0,60	0,30
1.289	US-1.5	Y25SG2212677	DAD4961480	12/04/2025	BEE-07	-1,55	0,74	3,00
1.290	US-1.5	Y25SG2212678	DAD4961728	12/04/2025	BEE-07	-0,99	-1,57	-1,08
1.291	US-1.5	Y25SG2212679	DAD4961054	12/04/2025	BEE-07	1,59	1,53	-3,28
1.292	US-1.5	Y25SG2212680	DAD4961364	12/04/2025	BEE-07	0,64	-0,23	2,14
1.293	US-1.5	Y25SG2212681	DAD4824075	14/04/2025	BEE-07	0,75	1,12	2,64
1.294	US-1.5	Y25SG2212682	DAD4824804	14/04/2025	BEE-07	1,26	-0,61	0,78
1.295	US-1.5	Y25SG2212683	DAD4961583	14/04/2025	BEE-07	0,87	-0,32	0,77
1.296	US-1.5	Y25SG2212684	DAD4824865	14/04/2025	BEE-07	0,21	-0,29	0,79
1.297	US-1.5	Y25SG2212685	DAD4824117	14/04/2025	BEE-07	0,68	1,25	-0,01
1.298	US-1.5	Y25SG2212686	DAD4824336	14/04/2025	BEE-07	0,39	-0,41	-0,82
1.299	US-1.5	Y25SG2212687	DAD4961935	14/04/2025	BEE-07	0,95	-0,08	2,66
1.300	US-1.5	Y25SG2212688	DAD4824660	14/04/2025	BEE-07	1,61	0,25	0,07
1.301	US-1.5	Y25SG2212689	DAD4824970	14/04/2025	BEE-07	0,55	-0,07	0,07
1.302	US-1.5	Y25SG2212690	DAD4824452	14/04/2025	BEE-07	1,60	-0,40	0,02
1.303	US-1.5	Y25SG2212691	DAD4824506	14/04/2025	BEE-07	-0,38	-1,07	-1,77
1.304	US-1.5	Y25SG2212692	DAD4824282	14/04/2025	BEE-07	1,17	1,54	1,97
1.305	US-1.5	Y25SG2212693	DAD4824488	14/04/2025	BEE-07	-0,14	0,57	0,24
1.306	US-1.5	Y25SG2212694	DAD4824397	14/04/2025	BEE-07	-0,19	-0,40	0,21
1.307	US-1.5	Y25SG2212695	DAD4824130	14/04/2025	BEE-07	1,33	-0,40	0,21
1.308	US-1.5	Y25SG2212696	DAD4824178	14/04/2025	BEE-07	-0,17	-1,68	0,22
1.309	US-1.5	Y25SG2212697	DAD4824026	14/04/2025	BEE-07	0,73	0,58	1,08
1.310	US-1.5	Y25SG2212698	DAD4824087	14/04/2025	BEE-07	1,03	0,90	1,08
1.311	US-1.5	Y25SG2212699	DAD4824920	14/04/2025	BEE-07	0,29	-0,39	1,08
1.312	US-1.5	Y25SG2212700	DAD4824701	14/04/2025	BEE-07	0,07	0,26	1,08
1.313	US-1.5	Y25SG2212701	DAD4823563	14/04/2025	BEE-07	1,05	-0,06	1,92
1.314	US-1.5	Y25SG2212702	DAD4824014	14/04/2025	BEE-07	-0,11	-0,39	1,02
1.315	US-1.5	Y25SG2212703	DAD4824622	14/04/2025	BEE-07	1,16	-1,68	-0,71
1.316	US-1.5	Y25SG2212704	DAD4824129	14/04/2025	BEE-07	1,62	0,96	1,71
1.317	US-1.5	Y25SG2212705	DAD4824841	14/04/2025	BEE-07	-0,06	-0,34	3,45
1.318	US-1.5	Y25SG2212706	DAD4824531	14/04/2025	BEE-07	1,40	0,90	3,39
1.319	US-1.5	Y25SG2212707	DAD4824312	14/04/2025	BEE-07	1,20	0,95	-0,18
1.320	US-1.5	Y25SG2212708	DAD4824567	14/04/2025	BEE-07	0,02	-1,13	0,73
1.321	US-1.5	Y25SG2212709	DAD4824180	14/04/2025	BEE-07	0,31	0,47	-0,16
1.322	US-1.5	Y25SG2212710	DAD4824993	14/04/2025	BEE-07	0,60	-0,56	1,63
1.323	US-1.5	Y25SG2212711	DAD4825006	14/04/2025	BEE-07	-0,31	0,07	1,63
1.324	US-1.5	Y25SG2212712	DAD4824786	14/04/2025	BEE-07	-0,27	0,42	1,63
1.325	US-1.5	Y25SG2212713	DAD4824051	14/04/2025	BEE-07	1,08	0,52	1,62
1.326	US-1.5	Y25SG2212714	DAD4824828	14/04/2025	BEE-07	0,90	1,51	3,95
1.327	US-1.5	Y25SG2212715	DAD4961510	14/04/2025	BEE-07	-0,51	-1,47	1,35
1.328	US-1.5	Y25SG2212716	DAD4961613	14/04/2025	BEE-07	1,06	1,18	1,38
1.329	US-1.5	Y25SG2212717	DAD4824361	14/04/2025	BEE-07	0,82	0,27	0,56
1.330	US-1.5	Y25SG2212718	DAD4824348	14/04/2025	BEE-07	0,42	-0,99	-2,01
1.331	US-1.5	Y25SG2212719	DAD4824580	14/04/2025	BEE-07	0,42	-1,02	2,28
1.332	US-1.5	Y25SG2212720	DAD4824774	14/04/2025	BEE-07	0,09	0,35	0,44

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 24 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
1.333	US-1.5	Y25SG2212721	DAD4824750	14/04/2025	BEE-07	0,73	0,00	-2,20
1.334	US-1.5	Y25SG2212722	DAD4824221	14/04/2025	BEE-07	0,94	0,63	1,32
1.335	US-1.5	Y25SG2212723	DAD4824956	14/04/2025	BEE-07	0,27	-1,01	-0,44
1.336	US-1.5	Y25SG2212724	DAD4824245	14/04/2025	BEE-07	0,49	-0,07	1,28
1.337	US-1.5	Y25SG2212725	DAD4824713	14/04/2025	BEE-07	0,40	-0,09	2,13
1.338	US-1.5	Y25SG2212726	DAD4824520	14/04/2025	BEE-07	0,26	0,50	0,37
1.339	US-1.5	Y25SG2212727	DAD4824609	14/04/2025	BEE-07	0,85	1,11	3,02
1.340	US-1.5	Y25SG2212728	DAD4824890	14/04/2025	BEE-07	-0,02	1,10	2,17
1.341	US-1.5	Y25SG2212729	DAD4824440	14/04/2025	BEE-07	1,27	0,50	1,29
1.342	US-1.5	Y25SG2212730	DAD4825511	14/04/2025	BEE-07	0,32	0,15	2,17
1.343	US-1.5	Y25SG2212731	DAD4825699	14/04/2025	BEE-07	-0,62	-0,52	0,41
1.344	US-1.5	Y25SG2212732	DAD4825493	14/04/2025	BEE-07	0,32	-0,14	1,92
1.345	US-1.5	Y25SG2212733	DAD4825687	14/04/2025	BEE-07	0,37	0,19	2,82
1.346	US-1.5	Y25SG2212734	DAD4825523	14/04/2025	BEE-07	0,32	0,19	2,86
1.347	US-1.5	Y25SG2212735	DAD4825766	14/04/2025	BEE-07	0,62	0,85	0,26
1.348	US-1.5	Y25SG2212736	DAD4825663	14/04/2025	BEE-07	-0,04	-0,06	1,10
1.349	US-1.5	Y25SG2212737	DAD4825821	14/04/2025	BEE-07	1,47	1,48	2,40
1.350	US-1.5	Y25SG2212738	DAD4825810	14/04/2025	BEE-07	1,52	0,81	1,94
1.351	US-1.5	Y25SG2212739	DAD4825626	14/04/2025	BEE-07	-0,24	0,25	1,62
1.352	US-1.5	Y25SG2212740	DAD4825419	14/04/2025	BEE-07	0,90	1,55	4,30
1.353	US-1.5	Y25SG2212741	DAD4825717	14/04/2025	BEE-07	0,49	0,58	-0,12
1.354	US-1.5	Y25SG2212742	DAD4825500	14/04/2025	BEE-07	1,21	0,95	1,71
1.355	US-1.5	Y25SG2212743	DAD4825390	14/04/2025	BEE-07	-0,07	0,43	1,71
1.356	US-1.5	Y25SG2212744	DAD4825596	14/04/2025	BEE-07	1,30	1,15	2,40
1.357	US-1.5	Y25SG2212745	DAD4825298	14/04/2025	BEE-07	0,50	0,87	2,60
1.358	US-1.5	Y25SG2212746	DAD4825160	14/04/2025	BEE-07	1,12	1,56	2,40
1.359	US-1.5	Y25SG2212747	DAD4825043	14/04/2025	BEE-07	0,80	0,00	1,66
1.360	US-1.5	Y25SG2212748	DAD4825018	14/04/2025	BEE-07	1,59	-1,06	1,63
1.361	US-1.5	Y25SG2212749	DAD4825973	14/04/2025	BEE-07	0,20	-0,06	-1,05
1.362	US-1.5	Y25SG2212750	DAD4825651	14/04/2025	BEE-07	1,41	0,90	3,40
1.363	US-1.5	Y25SG2212751	DAD4825225	14/04/2025	BEE-07	1,05	0,94	2,50
1.364	US-1.5	Y25SG2212752	DAD4825870	14/04/2025	BEE-07	-0,08	-0,72	-0,18
1.365	US-1.5	Y25SG2212753	DAD4825754	14/04/2025	BEE-07	0,16	-0,05	3,38
1.366	US-1.5	Y25SG2212754	DAD4825705	14/04/2025	BEE-07	1,48	0,90	4,29
1.367	US-1.5	Y25SG2212755	DAD4825171	14/04/2025	BEE-07	0,78	1,45	2,57
1.368	US-1.5	Y25SG2212756	DAD4825468	14/04/2025	BEE-07	0,17	-1,23	-1,85
1.369	US-1.5	Y25SG2212757	DAD4825675	14/04/2025	BEE-07	0,53	0,38	2,48
1.370	US-1.5	Y25SG2212758	DAD4825055	14/04/2025	BEE-07	0,53	0,32	2,46
1.371	US-1.5	Y25SG2212759	DAD4825328	14/04/2025	BEE-07	1,25	0,90	3,28
1.372	US-1.5	Y25SG2212760	DAD4825213	14/04/2025	BEE-07	-0,48	-0,60	0,69
1.373	US-1.5	Y25SG2212761	DAD4825146	14/04/2025	BEE-07	-0,09	-0,27	1,55
1.374	US-1.5	Y25SG2212762	DAD4825079	14/04/2025	BEE-07	-0,20	-0,89	1,56
1.375	US-1.5	Y25SG2212763	DAD4825894	14/04/2025	BEE-07	-0,05	0,75	2,43
1.376	US-1.5	Y25SG2212764	DAD4825729	14/04/2025	BEE-07	0,98	1,07	0,71
1.377	US-1.5	Y25SG2212765	DAD4826000	14/04/2025	BEE-07	0,81	1,07	1,60
1.378	US-1.5	Y25SG2212766	DAD4825262	14/04/2025	BEE-07	0,67	-0,26	1,66
1.379	US-1.5	Y25SG2212767	DAD4825080	14/04/2025	BEE-07	-0,49	-0,02	0,73
1.380	US-1.5	Y25SG2212768	DAD4825067	14/04/2025	BEE-07	0,27	-0,06	0,69
1.381	US-1.5	Y25SG2212769	DAD4825092	14/04/2025	BEE-07	-0,57	-1,03	1,53
1.382	US-1.5	Y25SG2212770	DAD4825730	14/04/2025	BEE-07	1,27	0,92	2,40
1.383	US-1.5	Y25SG2212771	DAD4825961	14/04/2025	BEE-07	0,22	1,00	2,40
1.384	US-1.5	Y25SG2212772	DAD4825237	14/04/2025	BEE-07	0,43	-1,57	-1,08
1.385	US-1.5	Y25SG2212773	DAD4825470	14/04/2025	BEE-07	-0,22	-0,29	0,71
1.386	US-1.5	Y25SG2212774	DAD4825249	14/04/2025	BEE-07	0,81	1,01	1,60
1.387	US-1.5	Y25SG2212775	DAD4825936	14/04/2025	BEE-07	0,16	-0,60	-0,17
1.388	US-1.5	Y25SG2212776	DAD4825559	14/04/2025	BEE-07	0,57	0,69	2,48
1.389	US-1.5	Y25SG2212777	DAD4825195	14/04/2025	BEE-07	-0,23	1,67	0,72
1.390	US-1.5	Y25SG2212778	DAD4825456	14/04/2025	BEE-07	1,20	1,72	-1,14

		LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO						Página: 25 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:		Unijato US 1,5 DN20X115						Edição Laudo:
Cliente:		IGUÁ SANESSOL						17/04/2025
1.391	US-1.5	Y25SG2212779	DAD4825109	14/04/2025	BEE-07	1,12	1,05	2,34
1.392	US-1.5	Y25SG2212780	DAD4825950	14/04/2025	BEE-07	0,35	-1,22	0,61
1.393	US-1.5	Y25SG2212781	DAD4825389	14/04/2025	BEE-07	0,82	-1,57	2,28
1.394	US-1.5	Y25SG2212782	DAD4825110	14/04/2025	BEE-07	-0,55	-0,33	0,56
1.395	US-1.5	Y25SG2212783	DAD4825341	14/04/2025	BEE-07	1,50	1,58	2,26
1.396	US-1.5	Y25SG2212784	DAD4825420	14/04/2025	BEE-07	-0,54	-0,34	2,26
1.397	US-1.5	Y25SG2212785	DAD4825201	14/04/2025	BEE-07	1,35	0,62	3,12
1.398	US-1.5	Y25SG2212786	DAD4825183	14/04/2025	BEE-07	0,74	-0,99	2,27
1.399	US-1.5	Y25SG2212787	DAD4825250	14/04/2025	BEE-07	0,84	0,94	2,27
1.400	US-1.5	Y25SG2212788	DAD4825020	14/04/2025	BEE-07	0,34	-1,02	0,18
1.401	US-1.5	Y25SG2212789	DAD4825614	14/04/2025	BEE-07	-0,11	0,88	0,20
1.402	US-1.5	Y25SG2212790	DAD4825742	14/04/2025	BEE-07	0,95	0,88	1,93
1.403	US-1.5	Y25SG2212791	DAD4825365	14/04/2025	BEE-07	1,39	1,51	1,06
1.404	US-1.5	Y25SG2212792	DAD4825481	14/04/2025	BEE-07	0,32	-0,40	-0,68
1.405	US-1.5	Y25SG2212793	DAD4825638	14/04/2025	BEE-07	-0,07	-0,40	1,90
1.406	US-1.5	Y25SG2212794	DAD4825547	14/04/2025	BEE-07	-0,02	0,55	1,89
1.407	US-1.5	Y25SG2212795	DAD4826862	14/04/2025	BEE-07	0,78	0,27	1,02
1.408	US-1.5	Y25SG2212796	DAD4826539	14/04/2025	BEE-07	0,00	-0,36	1,01
1.409	US-1.5	Y25SG2212797	DAD4826576	14/04/2025	BEE-07	0,38	-0,71	1,05
1.410	US-1.5	Y25SG2212798	DAD4826916	14/04/2025	BEE-07	0,47	-0,48	1,91
1.411	US-1.5	Y25SG2212799	DAD4826060	14/04/2025	BEE-07	0,60	-0,77	-0,70
1.412	US-1.5	Y25SG2212800	DAD4826059	14/04/2025	BEE-07	0,97	-0,38	0,15
1.413	US-1.5	Y25SG2212801	DAD4826989	14/04/2025	BEE-07	-0,18	-0,67	0,10
1.414	US-1.5	Y25SG2212802	DAD4826953	14/04/2025	BEE-07	-0,36	-1,27	-4,29
1.415	US-1.5	Y25SG2212803	DAD4826370	14/04/2025	BEE-07	0,61	0,13	0,04
1.416	US-1.5	Y25SG2212804	DAD4826886	14/04/2025	BEE-07	1,55	1,11	1,78
1.417	US-1.5	Y25SG2212805	DAD4826230	14/04/2025	BEE-07	0,19	-0,19	0,91
1.418	US-1.5	Y25SG2212806	DAD4826291	14/04/2025	BEE-07	0,87	0,13	1,78
1.419	US-1.5	Y25SG2212807	DAD4826280	14/04/2025	BEE-07	0,91	0,79	1,78
1.420	US-1.5	Y25SG2212808	DAD4826023	14/04/2025	BEE-07	1,73	0,95	2,41
1.421	US-1.5	Y25SG2212809	DAD4826140	14/04/2025	BEE-07	-0,23	-1,59	-1,06
1.422	US-1.5	Y25SG2212810	DAD4826072	14/04/2025	BEE-07	0,91	1,23	1,65
1.423	US-1.5	Y25SG2212811	DAD4826369	14/04/2025	BEE-07	0,71	1,17	3,40
1.424	US-1.5	Y25SG2212812	DAD4826084	14/04/2025	BEE-07	0,46	-0,46	0,77
1.425	US-1.5	Y25SG2212813	DAD4826345	14/04/2025	BEE-07	0,20	-0,79	-0,11
1.426	US-1.5	Y25SG2212814	DAD4826485	14/04/2025	BEE-07	0,67	0,79	0,77
1.427	US-1.5	Y25SG2212815	DAD4826977	14/04/2025	BEE-07	0,47	0,47	1,65
1.428	US-1.5	Y25SG2212816	DAD4826096	14/04/2025	BEE-07	-0,66	0,15	0,77
1.429	US-1.5	Y25SG2212817	DAD4826497	14/04/2025	BEE-07	0,86	1,74	0,77
1.430	US-1.5	Y25SG2212818	DAD4826515	14/04/2025	BEE-07	0,93	-0,24	1,85
1.431	US-1.5	Y25SG2212819	DAD4826308	14/04/2025	BEE-07	1,24	-0,96	-0,76
1.432	US-1.5	Y25SG2212820	DAD4826771	14/04/2025	BEE-07	0,00	0,59	-0,76
1.433	US-1.5	Y25SG2212821	DAD4826138	14/04/2025	BEE-07	-0,18	-1,39	0,11
1.434	US-1.5	Y25SG2212822	DAD4826254	14/04/2025	BEE-07	0,43	-0,11	0,11
1.435	US-1.5	Y25SG2212823	DAD4826540	14/04/2025	BEE-07	0,58	0,84	0,98
1.436	US-1.5	Y25SG2212824	DAD4826333	14/04/2025	BEE-07	0,58	0,49	-0,76
1.437	US-1.5	Y25SG2212825	DAD4826450	14/04/2025	BEE-07	1,38	1,44	2,40
1.438	US-1.5	Y25SG2212826	DAD4826758	14/04/2025	BEE-07	0,90	0,45	2,71
1.439	US-1.5	Y25SG2212827	DAD4826321	14/04/2025	BEE-07	0,99	1,04	0,98
1.440	US-1.5	Y25SG2212828	DAD4826163	14/04/2025	BEE-07	0,39	-0,11	1,10
1.441	US-1.5	Y25SG2212829	DAD4826400	14/04/2025	BEE-07	1,10	1,15	0,23
1.442	US-1.5	Y25SG2212830	DAD4826564	14/04/2025	BEE-07	1,54	1,44	1,10
1.443	US-1.5	Y25SG2212831	DAD4826795	14/04/2025	BEE-07	1,14	1,43	1,10
1.444	US-1.5	Y25SG2212832	DAD4827003	14/04/2025	BEE-07	-0,11	-0,14	-1,52
1.445	US-1.5	Y25SG2212833	DAD4826205	14/04/2025	BEE-07	-0,45	-0,76	0,23
1.446	US-1.5	Y25SG2212834	DAD4826242	14/04/2025	BEE-07	1,60	1,12	0,23
1.447	US-1.5	Y25SG2212835	DAD4826760	14/04/2025	BEE-07	0,73	-0,39	0,31
1.448	US-1.5	Y25SG2212836	DAD4826382	14/04/2025	BEE-07	0,27	0,59	2,06

	LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 26 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:	Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:	IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
1.449	US-1.5	Y25SG2212837	DAD4826898	14/04/2025	BEE-07	0,92	0,96	-1,42
1.450	US-1.5	Y25SG2212838	DAD4826734	14/04/2025	BEE-07	1,25	-0,30	-0,54
1.451	US-1.5	Y25SG2212839	DAD4826126	14/04/2025	BEE-07	0,94	0,81	1,28
1.452	US-1.5	Y25SG2212840	DAD4826679	14/04/2025	BEE-07	0,53	0,26	-0,46
1.453	US-1.5	Y25SG2212841	DAD4826035	14/04/2025	BEE-07	1,08	1,58	1,29
1.454	US-1.5	Y25SG2212842	DAD4826461	14/04/2025	BEE-07	0,01	-1,31	0,42
1.455	US-1.5	Y25SG2212843	DAD4826151	14/04/2025	BEE-07	0,83	0,71	0,44
1.456	US-1.5	Y25SG2212844	DAD4826692	14/04/2025	BEE-07	1,13	0,07	-1,30
1.457	US-1.5	Y25SG2212845	DAD4826217	14/04/2025	BEE-07	-0,46	1,04	3,08
1.458	US-1.5	Y25SG2212846	DAD4826102	14/04/2025	BEE-07	-0,46	-1,55	1,31
1.459	US-1.5	Y25SG2212847	DAD4826850	14/04/2025	BEE-07	0,66	-0,26	2,13
1.460	US-1.5	Y25SG2212848	DAD4826941	14/04/2025	BEE-07	1,17	1,04	2,14
1.461	US-1.5	Y25SG2212849	DAD4826527	14/04/2025	BEE-07	0,70	0,07	3,02
1.462	US-1.5	Y25SG2212850	DAD4826904	14/04/2025	BEE-07	0,14	-1,11	-0,75
1.463	US-1.5	Y25SG2212851	DAD4826783	14/04/2025	BEE-07	0,05	-0,46	0,04
1.464	US-1.5	Y25SG2212852	DAD4826278	14/04/2025	BEE-07	-0,05	-1,13	-0,87
1.465	US-1.5	Y25SG2212853	DAD4826965	14/04/2025	BEE-07	1,42	0,97	0,75
1.466	US-1.5	Y25SG2212854	DAD4826801	14/04/2025	BEE-07	0,74	1,68	2,49
1.467	US-1.5	Y25SG2212855	DAD4826590	14/04/2025	BEE-07	0,53	0,69	1,61
1.468	US-1.5	Y25SG2212856	DAD4826710	14/04/2025	BEE-07	1,24	1,36	2,48
1.469	US-1.5	Y25SG2212857	DAD4823435	14/04/2025	BEE-07	0,49	0,89	2,48
1.470	US-1.5	Y25SG2212858	DAD4823174	14/04/2025	BEE-07	1,03	0,27	1,59
1.471	US-1.5	Y25SG2212859	DAD4823599	14/04/2025	BEE-07	-0,27	-1,11	1,62
1.472	US-1.5	Y25SG2212860	DAD4823034	14/04/2025	BEE-07	0,53	0,85	3,41
1.473	US-1.5	Y25SG2212861	DAD4823459	14/04/2025	BEE-07	-0,38	-0,51	2,53
1.474	US-1.5	Y25SG2212862	DAD4823149	14/04/2025	BEE-07	1,43	0,48	1,64
1.475	US-1.5	Y25SG2212863	DAD4823794	14/04/2025	BEE-07	-0,27	-0,89	0,76
1.476	US-1.5	Y25SG2212864	DAD4823216	14/04/2025	BEE-07	-0,57	-1,24	1,65
1.477	US-1.5	Y25SG2212865	DAD4823769	14/04/2025	BEE-07	0,19	0,43	4,33
1.478	US-1.5	Y25SG2212866	DAD4823277	14/04/2025	BEE-07	0,90	-0,22	1,66
1.479	US-1.5	Y25SG2212867	DAD4823046	14/04/2025	BEE-07	1,51	0,77	3,47
1.480	US-1.5	Y25SG2212868	DAD4823538	14/04/2025	BEE-07	0,32	-0,91	1,53
1.481	US-1.5	Y25SG2212869	DAD4823721	14/04/2025	BEE-07	0,81	-0,20	1,57
1.482	US-1.5	Y25SG2212870	DAD4823370	14/04/2025	BEE-07	0,83	0,54	-0,20
1.483	US-1.5	Y25SG2212871	DAD4823824	14/04/2025	BEE-07	0,52	-0,12	0,75
1.484	US-1.5	Y25SG2212872	DAD4823812	14/04/2025	BEE-07	0,63	0,21	0,77
1.485	US-1.5	Y25SG2212873	DAD4823745	14/04/2025	BEE-07	-0,38	1,53	3,47
1.486	US-1.5	Y25SG2212874	DAD4823587	14/04/2025	BEE-07	-0,56	-1,43	-2,02
1.487	US-1.5	Y25SG2212875	DAD4823988	14/04/2025	BEE-07	1,15	-0,12	0,63
1.488	US-1.5	Y25SG2212876	DAD4823848	14/04/2025	BEE-07	0,19	1,53	1,46
1.489	US-1.5	Y25SG2212877	DAD4823514	14/04/2025	BEE-07	-0,51	-0,91	0,90
1.490	US-1.5	Y25SG2212878	DAD4823289	14/04/2025	BEE-07	0,52	-0,85	1,83
1.491	US-1.5	Y25SG2212879	DAD4823400	14/04/2025	BEE-07	0,32	0,50	2,73
1.492	US-1.5	Y25SG2212880	DAD4823186	14/04/2025	BEE-07	1,72	-0,14	1,90
1.493	US-1.5	Y25SG2212881	DAD4823654	14/04/2025	BEE-07	-0,09	-1,13	1,02
1.494	US-1.5	Y25SG2212882	DAD4823915	14/04/2025	BEE-07	0,40	1,12	1,03
1.495	US-1.5	Y25SG2212883	DAD4823540	14/04/2025	BEE-07	0,90	0,48	2,79
1.496	US-1.5	Y25SG2212884	DAD4823381	14/04/2025	BEE-07	1,59	0,83	4,01
1.497	US-1.5	Y25SG2212885	DAD4823757	14/04/2025	BEE-07	0,63	0,83	2,79
1.498	US-1.5	Y25SG2212886	DAD4823447	14/04/2025	BEE-07	0,65	-0,14	2,84
1.499	US-1.5	Y25SG2212887	DAD4823332	14/04/2025	BEE-07	0,00	-0,14	2,91
1.500	US-1.5	Y25SG2212888	DAD4823265	14/04/2025	BEE-07	1,71	-0,29	1,98
1.501	US-1.5	Y25SG2212889	DAD4823770	14/04/2025	BEE-07	0,34	0,82	0,32
1.502	US-1.5	Y25SG2212890	DAD4823083	14/04/2025	BEE-07	-0,18	-0,54	-2,32
1.503	US-1.5	Y25SG2212891	DAD4823356	14/04/2025	BEE-07	1,14	0,77	1,21
1.504	US-1.5	Y25SG2212892	DAD4823850	14/04/2025	BEE-07	0,25	-0,22	-0,55
1.505	US-1.5	Y25SG2212893	DAD4823423	14/04/2025	BEE-07	0,14	-0,79	1,21
1.506	US-1.5	Y25SG2212894	DAD4823952	14/04/2025	BEE-07	0,03	-0,45	1,21

	LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO							Página: 27 de 29
								Código: FOR-48
								Revisão: 09-02/12/2024
								N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:	Unijato US 1,5 DN20X115							Edição Laudo:
Cliente:	IGUÁ SANESSOL							17/04/2025
1.507	US-1.5	Y25SG2212895	DAD4823836	14/04/2025	BEE-07	0,66	1,21	2,90
1.508	US-1.5	Y25SG2212896	DAD4823228	14/04/2025	BEE-07	-0,29	-1,04	0,27
1.509	US-1.5	Y25SG2212897	DAD4823319	14/04/2025	BEE-07	0,21	-1,02	2,04
1.510	US-1.5	Y25SG2212898	DAD4823368	14/04/2025	BEE-07	0,47	0,29	1,15
1.511	US-1.5	Y25SG2212899	DAD4823125	14/04/2025	BEE-07	1,05	0,95	2,96
1.512	US-1.5	Y25SG2212900	DAD4823927	14/04/2025	BEE-07	1,14	0,97	3,86
1.513	US-1.5	Y25SG2212901	DAD4824002	14/04/2025	BEE-07	0,55	-0,31	0,35
1.514	US-1.5	Y25SG2212902	DAD4823642	14/04/2025	BEE-07	-0,68	-0,29	2,08
1.515	US-1.5	Y25SG2212903	DAD4823939	14/04/2025	BEE-07	0,99	0,40	2,95
1.516	US-1.5	Y25SG2212904	DAD4823710	14/04/2025	BEE-07	0,30	1,10	2,95
1.517	US-1.5	Y25SG2212905	DAD4823976	14/04/2025	BEE-07	0,99	-0,16	2,99
1.518	US-1.5	Y25SG2212906	DAD4823137	14/04/2025	BEE-07	0,50	-0,47	2,11
1.519	US-1.5	Y25SG2212907	DAD4823344	14/04/2025	BEE-07	0,54	0,30	-0,82
1.520	US-1.5	Y25SG2212908	DAD4823010	14/04/2025	BEE-07	-0,41	-1,27	-0,84
1.521	US-1.5	Y25SG2212909	DAD4823071	14/04/2025	BEE-07	1,35	1,40	0,03
1.522	US-1.5	Y25SG2212910	DAD4823060	14/04/2025	BEE-07	0,56	-0,59	-0,84
1.523	US-1.5	Y25SG2212911	DAD4823964	14/04/2025	BEE-07	1,17	0,35	0,89
1.524	US-1.5	Y25SG2212912	DAD4823058	14/04/2025	BEE-07	1,56	0,35	1,73
1.525	US-1.5	Y25SG2212913	DAD4823666	14/04/2025	BEE-07	0,70	0,67	1,73
1.526	US-1.5	Y25SG2212914	DAD4823101	14/04/2025	BEE-07	0,75	-0,29	0,86
1.527	US-1.5	Y25SG2212915	DAD4823290	14/04/2025	BEE-07	-0,41	-0,62	-1,75
1.528	US-1.5	Y25SG2212916	DAD4823990	14/04/2025	BEE-07	-0,51	-0,21	1,73
1.529	US-1.5	Y25SG2212917	DAD4823496	14/04/2025	BEE-07	0,36	-0,52	0,86
1.530	US-1.5	Y25SG2212918	DAD4823691	14/04/2025	BEE-07	-0,57	-0,18	-0,88
1.531	US-1.5	Y25SG2212919	DAD4823629	14/04/2025	BEE-07	0,19	0,67	0,66
1.532	US-1.5	Y25SG2212920	DAD4823678	14/04/2025	BEE-07	0,04	0,67	0,63
1.533	US-1.5	Y25SG2212921	DAD4828202	14/04/2025	BEE-07	-0,11	-1,27	0,56
1.534	US-1.5	Y25SG2212922	DAD4828834	14/04/2025	BEE-07	-0,06	0,02	0,47
1.535	US-1.5	Y25SG2212923	DAD4828391	14/04/2025	BEE-07	0,62	1,63	1,40
1.536	US-1.5	Y25SG2212924	DAD4828652	14/04/2025	BEE-07	-0,26	-0,30	0,55
1.537	US-1.5	Y25SG2212925	DAD4828597	14/04/2025	BEE-07	-0,05	-1,27	-1,20
1.538	US-1.5	Y25SG2212926	DAD4828846	14/04/2025	BEE-07	-0,41	-0,63	-0,32
1.539	US-1.5	Y25SG2212927	DAD4828950	14/04/2025	BEE-07	-0,27	-0,63	1,43
1.540	US-1.5	Y25SG2212928	DAD4828779	14/04/2025	BEE-07	1,34	-0,67	0,53
1.541	US-1.5	Y25SG2212929	DAD4828123	14/04/2025	BEE-07	0,78	0,00	-1,79
1.542	US-1.5	Y25SG2212930	DAD4828974	14/04/2025	BEE-07	-0,38	-0,31	1,69
1.543	US-1.5	Y25SG2212931	DAD4828925	14/04/2025	BEE-07	-0,07	-0,32	0,82
1.544	US-1.5	Y25SG2212932	DAD4828330	14/04/2025	BEE-07	1,28	1,35	0,83
1.545	US-1.5	Y25SG2212933	DAD4828275	14/04/2025	BEE-07	1,58	1,02	1,70
1.546	US-1.5	Y25SG2212934	DAD4828172	14/04/2025	BEE-07	-0,07	-1,65	-1,81
1.547	US-1.5	Y25SG2212935	DAD4828512	14/04/2025	BEE-07	0,09	-0,32	-0,11
1.548	US-1.5	Y25SG2212936	DAD4828482	14/04/2025	BEE-07	0,52	0,02	1,57
1.549	US-1.5	Y25SG2212937	DAD4828743	14/04/2025	BEE-07	0,88	0,02	1,53
1.550	US-1.5	Y25SG2212938	DAD4829000	14/04/2025	BEE-07	0,56	-0,32	0,60
1.551	US-1.5	Y25SG2212939	DAD4828160	14/04/2025	BEE-07	0,05	0,47	2,28
1.552	US-1.5	Y25SG2212940	DAD4828822	14/04/2025	BEE-07	1,53	0,86	0,54
1.553	US-1.5	Y25SG2212941	DAD4828731	14/04/2025	BEE-07	0,40	0,54	-0,32
1.554	US-1.5	Y25SG2212942	DAD4828421	14/04/2025	BEE-07	-0,09	-1,12	0,54
1.555	US-1.5	Y25SG2212943	DAD4828718	14/04/2025	BEE-07	1,42	0,72	3,10
1.556	US-1.5	Y25SG2212944	DAD4828251	14/04/2025	BEE-07	-0,22	-0,67	1,39
1.557	US-1.5	Y25SG2212945	DAD4828901	14/04/2025	BEE-07	0,39	0,24	0,56
1.558	US-1.5	Y25SG2212946	DAD4828263	14/04/2025	BEE-07	0,53	-0,36	2,28
1.559	US-1.5	Y25SG2212947	DAD4828500	14/04/2025	BEE-07	-0,39	0,59	1,42
1.560	US-1.5	Y25SG2212948	DAD4828056	14/04/2025	BEE-07	1,70	-0,24	1,20
1.561	US-1.5	Y25SG2212949	DAD4828068	14/04/2025	BEE-07	0,86	-0,88	0,30
1.562	US-1.5	Y25SG2212950	DAD4828755	14/04/2025	BEE-07	0,40	1,74	2,88
1.563	US-1.5	Y25SG2212951	DAD4828706	14/04/2025	BEE-07	0,50	1,08	2,86
1.564	US-1.5	Y25SG2212952	DAD4828378	14/04/2025	BEE-07	-0,02	-0,23	1,11



	LAUDO DE ENSAIO DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO	Página: 29 de 29
		Código: FOR-48
		Revisão: 09-02/12/2024
		N.º: SV2025-409
Modelo do Hidrômetro:	Unijato US 1,5 DN20X115	Edição Laudo:
Cliente:	IGUÁ SANESSOL	17/04/2025
Autorização para Autoverificação: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 090, de 03 de Maio de 2016; Autorização para Autoverificação Código: EA020; Certificado de acreditação: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017; Acreditação: Nº CRL 0907.		
LEGENDA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
US: Hidrômetro Unijato Saga Y25SG: A = Vazão Permanente/Nominal 1,5 m³/h. - 25 = Ano de fabricação 2025. - SG = Fabricante Saga Medição. Q3/Qn: Vazão Permanente/Nominal Q2/Qt: Vazão de Transição Q1/Qmin: Vazão Mínima		
Portaria 155, de 30 de março de 2022		
Aprovação de Modelo VS: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 177, de 10 de agosto de 2021. Aprovação de Modelo US: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 227, de 16 de setembro de 2021. Aprovação de Modelo MS: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 283, de 25 de novembro de 2021. Aprovação de Modelo Sagasonic: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 653, de 31 de outubro de 2024.		
Portaria 246, de 17 de outubro de 2000		
Aprovação de Modelo US: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 055, de 29 de fevereiro de 2016. Aprovação de Modelo US 1,5: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 202, de 11 de julho de 2008. Aprovação de Modelo US 3,0: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 343, de 17 de setembro de 2009. Aprovação de Modelo NUS: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 070, de 18 de março de 2016. Aprovação de Modelo USH: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 162, de 06 de agosto de 2019. Aprovação de Modelo USM 3,0: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 173, de 21 de setembro de 2012. Aprovação de Modelo MHS: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 168, de 07 de agosto de 2019. Aprovação de Modelo MS: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 052, de 16 de fevereiro de 2016. Aprovação de Modelo MS 3,0: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 341, de 16 de setembro de 2009. Aprovação de Modelo VS: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 041, de 16 de fevereiro de 2016. Aprovação de Modelo Sagasonic: Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 123, de 06 de agosto de 2018.		
Nota: Os medidores acima listados foram verificados de acordo com a Portaria Inmetro nº 155, de 30 de março de 2022. Os medidores foram declarados APROVADOS , uma vez que foram satisfeitos os critérios dispostos na referida Portaria e também na Portaria Inmetro 078 de 23 de março de 2022.		
Erros máximos admissíveis		
Q3/Qn: ±2% Q2/Qt: ±2% Q1/Qmin: ±5%		